DE I. VORWORT

Diese Anleitung gilt für HUMIDOSTOM® O2 Künstliche Nase/HME (Heat-Moisture Exchanger).
Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Patienten und Anwendern. Als Patient/Anwender zur Sicherung seiner Therapie, bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor erstmaliger Anwendung des Produkts sorgfältig durch!

II. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

HUMIDOSTOM® O2 Künstliche Nasen dürfen dauerhaft das Eindringen von Partikeln in die Atemwege des Patienten.

HUMIDOSTOM® O2 verbessern die Bildung zäher Sekrete in der Lunge. Sie speichern Feuchtigkeit und Wärme der ausgeatmeten Luft im Filtermedium und geben diese bei Einatmung wieder an die Atemwege zurück.

Die Anwender, Verwender sowie Patienten müssen keinen besonderen Ausbildungsgrad haben, um diese einfach anzuwendende Medizinprodukte sicher und effektiv verwenden zu können.

III. WARNUNG

HUMIDOSTOM® sind Einpatientenprodukte und nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen nicht wiederverwendet, aufbereitet oder gereinigt werden, da die Verwendung/Aufbereitung den HME unbrauchbar machen kann.

Eine Reinigung, Desinfektion oder (Re-) Sterilisation sowie Wiederverwendung kann die Sicherheit und Funktion des Produktes beeinträchtigen und ist daher unzulässig!

Verwenden Sie HUMIDOSTOM® nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist!

Es ist darauf zu achten, dass die Verstellfügung nicht durch Schmutz verklebt wird, um eine ungehinderte Atmung zu ermöglichen (Gefahr der Atemnot).

Die HMEs dürfen nicht in Verbindung mit einem Vernebler oder einem Befeuchter verwendet werden. Füllen Sie kein Wasser in den HME. Es besteht jeweils die Gefahr des Anstieges der Atemwiderstände und somit eine Blockierung der Atmung.

IV. PRODUKTBESCHREIBUNG

HUMIDOSTOM® besteht aus einem Schaumstofffilter sowie einem Kunststoffgehäuse.

Das Kunststoffgehäuse verfügt zur Patientenseite hin über eine zentrale Öffnung mit 15 mm-Standardkonnektor, sowie über eine Öffnung mit Luer-Lock zum Anschluss einer Trachealkanüle.

Das Schaumstofffilter dient zum Schutz des Gehäuses vor Verschmutzung durch Partikel und Keime, ermöglicht das Abhusten von Sekreten ohne die Notwendigkeit den HME zu entfernen. Es minimiert die Gefahr des Austrocknens, Verkrustungen und Verstopfungen der Atemwege durch zähe Sekretmengen.

Ein Einlassventil verhindert am Gehäuse angedrückten Sauerstoffschlauch (Steckanschluss 5 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle.

V. KONTRAINDIKATIONEN

Der HME sollte bei zu hohem Atemwiderstand entfernt werden.

Bei Patienten mit Hypersekretion (z.B. nach Tracheotomie/Laufstrecktung), ferner bei übermäßiger Sekretion in Lunge und Luftwegen sowie bei starkem Luftstrom ist der HME ungeeignet. Luft strömt durch das HME!

Nicht anwendbar bei Patienten mit Sekretverstopfungen/Sekretstau/Sekretretention und/oder bei unsebeständigen, hitzeempfindlichen Personen, die in Notsituationen den HME nicht selbst entfernen können.

Letztere gilt auch für den Patient in einer Einrichtung ohne unter jederzeitiger Aufsicht oder in häuslicher Betreuung bedient.

VI. VORSICHT

Ist der HME verstopft oder zeigen sich Anzeichen einer Verstopfung, so ist HUMIDOSTOM® unverzüglich zu entfernen.

VII. ANLEITUNG

Prüfen Sie, ob Verpackung und Produkt in einem einwandfreien Zustand sind.

Überprüfen Sie das Haltbarkeits-/Verfallsdatum. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf dieses Datums.

Überprüfen Sie den Atemwiderstand.

Setzen Sie die Künstliche Nase mit der zentralen 15 mm-Öffnung mittels leichten Druck auf den 15 mm-Standardkonnektor des Trachealkanülen-/Tracheostoma Endotrachealtubus.

Entfernen Sie die Künstliche Nase in dem Sie mit zwei Fingern die Trachealkanülen/den Endotrachealtubus gegen Verschiebung festhalten durch leichten Zug herausdrehen.

VIII. TECHNISCHE DATEN (NACH DIN EN ISO 9360 -1)

Totvolumen/Totraum: 21 ml

Innenvolumen: 6 cm³

Gewichtsangabe ist ohne anhaftenden Einsatzbereich von +7° – +250 ml: 10.3 mg/ml

Druckabfall: 0.5 hPa; 0.8 cmH2O (+4 hPa)

1.0 l/s; 2.1 cmH2O (+4hPa)

1.5 l/s; 4.3 cmH2O (+4hPa)

Gewicht: 21 g

Länge: 21,5 mm

VIII. NUTZUNGSDAUER

Die maximale Nutzungsdauer / Tragedauer beträgt 24 Stunden ❶.

Je nach Bedarf hat HUMIDOSTOM® auch mehrmals täglich zu wechseln, wenn z.B. der Atemwiderstand aufgrund von Sekretansammlungen anzusteigen droht.

IX. RECHTLICHE HINWEISE

Der Hersteller Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden (insbesondere nicht für Folgeschäden), Verletzungen, Komplikationen oder Komplikationen oder andere unerwünschte Vorfälle, die durch eigenmächtige Produktänderungen, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Kontraindikationen (Reinigung/Desinfektion) und/oder Aufbereitung der Produkte entgegen der Herstellerangaben, Verwendung von Gebrauchsanweisung verursacht sind.

Dies gilt soweit gesetzlich zulässig- für hierdurch verursachte Schäden an den Produkten selbst als auch für sämtliche hierdurch verursachte Folgeschäden.

Sollte im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerer Vorfall aufgetreten sein, ist dieser unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktänderungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulässig.

HUMIDOSTOM® ist eine in Deutschland und den europäischen Mitgliedsstaaten eingetragene Marke der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Kiel.

EN I. FOREWORD

These instructions for use are valid for HUMIDOSTOM® O2 HME (Heat-Moisture Exchanger).
The instructions for use are for the information of patients and users. As patient, user, to ensure their successful therapy, please read these instructions carefully before using the product for the first time!

Please read the instructions for use carefully before using the product for the first time!

II. INTENDED USE

HUMIDOSTOM® HMEs filter the formation of viscous secretions in the lungs. They store the moisture and heat of the exhaled air in the filter medium and release it to the airways when inhaled again during inspiration.

When used for the first time, the products must only be selected, used and inserted by appropriately trained physicians or medical professionals.

III. WARNING

HUMIDOSTOM® HMEs are single-patient products and are intended for single use only. They must not be reused, reprocessed or (re-) sterilized, as reuse/reprocessing can make the HME inoperable.

Cleaning, disinfection, sterilization and re-use can impair the safety and function of the product and are therefore not permissible!

The HUMIDOSTOM® HME must not be used in combination with a nebulizer or humidifier. Do not fill any water into the HME. This would inevitably entail the risk of increased breathing resistance and thus obstruction of breathing.

IV. PRODUCT DESCRIPTION

HUMIDOSTOM® heat-moisture exchangers (HME) consist of a foam filter and a plastic housing.

The plastic housing has a central opening with a 15 mm standard connector on the patient side with a central diameter, thereby allowing for connection to a 15 mm standard connector.

The overpressure valve is the interface of the housing prevents any excessive pressure build-up and allows secretions to be coughed up without having to remove the HME. It minimizes the risk of the moistening media with secretions and thus the possible clogging of secretion to the airways.

An oxygen connecting piece fitted to the side of the housing (5 mm plug-in connection) enables a connection to an oxygen source, thereby allowing combination with oxygen therapy.

V. CONTRAINDICATIONS

The HME should be removed if respiratory resistance is too high.

The HME is unsuitable in case of conjunction with increased secretion in the lungs and airways, or strong air leakage flow (exhaled air not flowing through the HME), is not permissible.

Not for use in patients with impaired consciousness and/or in persons unable to look after themselves and requiring the help of others, who are not able to remove the HME by themselves in emergency situations.

The latter does not apply if the patient is in an institution under nursing supervision for 24 hours or in home care.

VI. PRECAUTIONS

If the HUMIDOSTOM® HME is clogged, or if signs of clogging appear, then the HME must immediately be removed and replaced.

VII. INSTRUCTIONS

Check whether the packaging and the product are in a faultless condition.

Check the use-by or expiry date. Do not use the product after this date.

Check the respiratory resistance.

Mount the HME with the central 15 mm opening by means of slight pressure on the 15 mm standard connector of the tracheal cannula/tracheostoma endotracheal tube.

Remove the HME by holding the tracheal tube / endotracheal tube firmly with two fingers in order to extract the filter cassette by tugging lightly ❷.

VIII. TECHNICAL DATA (ACC. TO DIN EN ISO 9360-1)

Total volume (VT), possible area of application: 30 ml - 1000 ml

Internal volume: 6 cm³

Moisture lost in recommended

application range at ambient: 30 ml - 1000 ml: 10.3 mg/l

Pressure loss: 0.5 l/min; 0.8 cmH2O (+4 hPa)

1.0 l/s; 2.1 cmH2O (+4hPa)

1.5 l/s; 4.3 cmH2O (+4hPa)

Weight: 21 g

Length: 21.5 mm

IX. SERVICE LIFE

The maximum period of use / wearing period is 24 hours ❶.

The HUMIDOSTOM® HME must be changed even several times a day if required, for instance if the respiratory resistance is in danger of increasing due to accumulation of secretions.

X. LEGAL NOTICES

The manufacturer Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH will not assume any liability for damages (especially not for functional deficiencies, injuries, infections, and/or other complications or adverse events) caused by unauthorized changes to the products, non-observance of the instructions for use, manufacturer by or improper handling, care (cleaning/disinfection) and/or storage of the products in violation of the provision of the manufacturer's data for use.

This applies – to the extent permitted by law – both to damages to the products themselves caused thereby and to all consequential damages caused thereby.

Should a serious incident occur in connection with this product Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, this is to be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient resides.

Product specifications described herein are subject to change without notice.

HUMIDOSTOM® is a registered trademark of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Cologne registered in Germany and the EU member states.

FR I. PRÉFACE

Ces instructions s'appliquent au nez artificiel/dispositif HME (Heat-Moisture Exchanger) HUMIDOSTOM® O2.

Le mode d'emploi s'informer le médecin, le personnel soignant et le patient/utilisateur afin de garantir l'utilisation correcte du dispositif.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation du dispositif !

II. UTILISATION CONFORME

Les HUMIDOSTOM® filtrent l'air respiré et empêchent ainsi les particules de pénétrer dans les voies aériennes du patient.

Les HUMIDOSTOM® empêchent la formation de sécrétions visqueuses dans les poumons. Elles permettent de garder l'humidité et la chaleur de l'air expiré dans le filtre et les restituent à l'air inspiré lors de l'inspiration, dans l'air inspiré.

Les HME ne doivent être mis en fonction des produits doit, lors de la première utilisation, être réalisée par un personnel spécialisé ou un personnel médical.

III. AVERTISSEMENT

Les HUMIDOSTOM® ne doivent être utilisés qu'une seule fois pour un seul et même patient. Il ne faut ni les nettoyer, ni les désinfecter car l'utilisation d'un désinfectant est susceptible de rendre les produits inutilisables.

Un nettoyage, une désinfection ou une (re)stérilisation de même que la réutilisation du produit peuvent nuire à son bon fonctionnement et sont donc à exclure !

Il ne faut en aucun cas fixer directement les HUMIDOSTOM® sur la trachéotomie !

Ne pas utiliser les HUMIDOSTOM® si l'emballage est endommagé. Il est nécessaire de tout autre obstacle susceptible de gêner la respiration (risque d'asphyxie).

Les dispositifs HME ne doivent pas être utilisés en association avec un nébuliseur ou un pulvérisateur ou un humidificateur. Ne pas verser de l'eau dans le dispositif HME. Cela risque d'augmenter la résistance respiratoire et donc de bloquer la respiration.

IV. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les HUMIDOSTOM® se composent d'un filtre en mousse et d'un boîtier en plastique.

Le boîtier en plastique dispose, du côté du patient, d'un orifice central de 15 mm de diamètre interne de 15 mm, permettant d'établir un raccordement avec un connecteur standard de 15 mm.

La valve de surpression est l'interface du boîtier et empêche toute montée de la pression excessive et permet l'expectoration sans devoir retirer le dispositif HME. Elle réduit le risque de voir le filtre humidifié d'agglutination du liquide d'humidification et permet l'expectoration de plus grandes quantités de sécrétions.

Un raccord d'alimentation en oxygène supplémentaire (raccord ISO 5 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de faire le lien avec une source d'oxygène et donc, d'apporter un supplément d'oxygène.

V. CONTRE INDICATIONS

Le dispositif HME doit être retiré en cas de résistance respiratoire trop élevée.

Il est interdit d'utiliser le dispositif chez des patients présentant une excessive (dishydratation) sécrétion pulmonaire et bronchique ainsi qu'en cas de fuite importante d'air (l'air expiré ne passe pas par le filtre) ainsi qu'en cas de fuite importante d'air (l'air expiré ne passe pas par le dispositif HME).

Ne peut être utilisé chez les patients présentant une diminution du degré de conscience et/ou chez les patients dépendants qui ont besoin de l'aide d'autrui et qui ne sont pas en mesure de retirer le dispositif HME en cas d'urgence.

Ce dernier point ne peut être valable si le patient réside dans un établissement où il fait l'objet d'une surveillance 24h/24 par un personnel soignant ou bénéficie de soins à domicile.

VI. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si le dispositif HME est bouché ou si vous observez des signes d'obstruction, retirez et mettez immédiatement un dispositif HME neuf.

VII. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Vérifiez que l'emballage et le produit soient en parfait état.

Vérifier la date limite de consommation/date d'expiration. Ne pas utiliser le produit une fois cette date passée.

Vérifiez la résistance respiratoire.

Placer le nez artificiel/le dispositif HME avec l'orifice central de 15 mm sur le connecteur standard de 15 mm de la canule trachéale/sonde endotrachéale, en exerçant une légère pression ❶.

Retirer le nez artificiel/le dispositif HME/la canule trachéale/sonde endotrachéale avec deux doigts et en tirant légèrement sur la canule/la filtrante pour l'enlever ❷.

VIII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SELON LA NORME EN ISO 9360 - 1)

Volume courant (VC), intervalle d'utilisation possible : 30 ml - 1000 ml

Volume interne : 6 cm³

Perte d'humidité dans

l'intervalle d'utilisation recommandé de VC + 250 ml : 10.3 mg/ml

Chute de pression : 0.5 l/s ; 0.8 cmH2O (+4 hPa)

1.0 l/s ; 2.1 cmH2O (+4hPa)

1.5 l/s ; 4.3 cmH2O (+4hPa)

Poids : 2.5 g

Longueur : 21.5 mm

IX. DURÉE D'UTILISATION

La durée d'utilisation maximale est de 24 heures ❶.

Selon les besoins, on peut changer HUMIDOSTOM® plusieurs fois par jour. Cela est notamment nécessaire quand la résistance respiratoire menace d'augmenter à cause d'une accumulation de sécrétions.

X. MENTIONS LÉGALES

Le fabricant Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH décline toute responsabilité en cas de dégâts (en particulier en cas de dysfonctionnements), blessures, infections et/ou autres complications indésirables causés par des modifications arbitraires du produit, réparations non exécutées par le fabricant ou par un tiers, non-respect du mode d'emploi, manipulation (nettoyage/désinfection) et/ou stockage non conforme aux instructions du fabricant.

Ceci s'applique – dans la limite légale, aux dommages causés par le produit qu'à tous les dégâts consécutifs.

Il est survenu un événement grave en lien avec l'utilisation de ce produit d'Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, celui-ci doit être signalé au fabricant et aux autorités responsables de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Sous réserve de modifications techniques du produit.

HUMIDOSTOM® est une marque déposée de la société Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Allemagne et dans les pays membres de la communauté européenne.

IT I. PREMESSA

Le presenti istruzioni riguardano il naso artificiale HUMIDOSTOM® O2/HME (Heat-Moisture Exchanger, scambiatore di calore e umidità).

Le istruzioni per l'uso si propongono di informare il medico, il personale paramedico e il paziente/utilizzatore sull'utilizzo corretto del dispositivo medico.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

II. USO PREVISTO

HUMIDOSTOM® filtra l'aria inspirata, riducendo la penetrazione di particelle nelle vie aeree del paziente.

HUMIDOSTOM® O2 migliorano la formazione di secrezioni bronchiali. Immagazzinano l'umidità e il calore dell'aria espirata nel mezzo filtrante, restituendoli all'aria inalata durante l'inspirazione.

In caso di primo utilizzo, è necessario che la selezione, la manipolazione e l'inserimento dei dispositivi medici vengano eseguiti da personale medico specializzato o paramedico.

III. AVVERTENZA

HUMIDOSTOM® è un prodotto pensato per un unico paziente e destinato esclusivamente al uso unico. Non deve essere riutilizzato, ricondizionato o (ri-) sterilizzato, poiché il riutilizzo/ricondizionamento può rendere inutilizzabile il HME.

La pulizia, disinfezione e sterilizzazione così come il riutilizzo del prodotto possono compromettere la sicurezza e la funzionalità, pertanto non sono consentiti!

Non inserire una dimensione troppo piccola del HUMIDOSTOM®.

Occorre prestare attenzione che l'apertura della valvola non sia bloccata da vestiti o altro per consentire una libera respirazione (rischio di insufficienza respiratoria).

Gli HME non devono essere impiegati in combinazione con nebulizzatori o umidificatori. Non versare acqua nel HME. Ciò comporterebbe inevitabilmente il rischio di aumento della resistenza e, quindi, un blocco della respirazione.

IV. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HUMIDOSTOM® è costituito da un filtro in espanso e da un alloggiamento in materiale plastico.

Verso il lato paziente, l'alloggiamento in materiale plastico presenta un foro centrale con diametro interno di 15 mm per il collegamento standard da 15 mm, nonché un foro per Luer-Lock.

La valvola limitatrice di pressione nel coperchio dell'alloggiamento impedisce che si formi un'eccessiva pressione e consente l'espettorazione senza dover rimuovere il dispositivo HME. Riduce al minimo il rischio di irrigidimento del mezzo di umidificazione e consente l'espettorazione di importanti quantità di secrezioni.

Un ulteriore raccordo per connettore (connettore a innesto da 5 mm) permette di connettere un tubo di collegamento e, quindi, una fonte di ossigeno.

V. CONTROINDICAZIONI

Si raccomanda di rimuovere il HME in caso di pressione respiratoria eccessivamente elevata.

Non è ammesso l'uso in pazienti con ipersecrezione (ad esempio dopo tracheotomia) o in eccessiva secrezione nei polmoni e nelle vie aeree e di marcate perdite d'aria (l'aria inspirata non fluisce attraverso l'HME).

Non utilizzare in pazienti con coscienza alterata e/o persone non autosufficienti e bisognose di assistenza che non sono in grado di rimuovere il dispositivo HME in caso di emergenza da soli.

Quest'ultima precauzione non è valida se il paziente è assistito presso una struttura 24 ore su 24 sotto la supervisione di personale sanitario oppure a domicilio.

VI. MISURE PRECAUZIONALI

Se l'HME è ostruito oppure se mostra segni di ostruzione, occorre rimuovere immediatamente HUMIDOSTOM® e sostituirlo.

VII. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Verificare se la confezione e il prodotto siano integri e perfetto stato.

Controllare la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se è stata superata la data di scadenza.

Verificare la permeabilità respiratoria.

Applicare il naso artificiale con il foro centrale di 15 mm sul connettore standard di 15 mm della cannula tracheostomica/del tubo endotracheale premendo leggermente ❶.

Per rimuovere il naso artificiale, tenere fermo la cannula tracheostomica/il tubo endotracheale con due dita e tirare leggermente la cartuccia filtrante per estrarla ❷.

VIII. DATI TECNICI (A NORMA DIN EN ISO 9360 -1)

Volume corrente (VC), possibile campo di applicazione: 30 ml - 1000 ml

Volume interno: 6 cm³

Perdita di umidità a

temperatura ambiente raccomandato di VT + 250 ml: 10.3 ml/l

Calo di pressione: 0.5 l/s; 0.8 cmH2O (+4hPa)

1.0 l/s; 2.1 cmH2O (+4hPa)

1.5 l/s; 4.3 cmH2O (+4hPa)

Peso: 2.5 g

Lunghezza: 21.5 mm

IX. DURATA D'USO

La durata d'uso massima è di 24 ore ❶.

In base alle esigenze personali, HUMIDOSTOM® deve essere necessario sostituire HUMIDOSTOM® anche più volte durante il giorno, ad es. quando la pressione respiratoria rischia di aumentare a causa di deposti di secrezioni.

X. AVVERTENZE LEGALI

Il produttore Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni (in particolare danni consequenziali), lesioni, infezioni e/o altre complicazioni o avversi avvenu dei sono riconducibili a modifiche arbitrarie apportate al prodotto, a riparazioni non eseguite dal produttore o da terzi, a mancata osservanza o manipolazione (pulizia/disinfezione) impropria e/o a conservazione dei prodotti contrariamente alle disposizioni delle presenti istruzioni per l'uso.

Ciò vale, se consentito dalla legge, sia per danni causati direttamente ai prodotti che per tutti gli eventuali danni consequenziali.

Qualora dovessero verificarsi eventi gravi in relazione a questo prodotto di Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, questi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Le descrizioni dei prodotti qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

HUMIDOSTOM® è un marchio registrato in Germania e negli stati membri dell'Unione Europea da Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Colonia.

ES I. PRÓLOGO

Estas instrucciones son válidas para HUMIDOSTOM® O2 Nariz artificial/HME (Heat-Moisture Exchanger).

Las instrucciones de uso sirven para informar al médico, al personal asistencial y al paciente o usuario a fin de garantizar un manejo adecuado.

¡Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto por primera vez!

II. USO PREVISTO

HUMIDOSTOM® filtra el aire inspirado y reduce de este modo la penetración de partículas en las vías respiratorias del paciente.

HUMIDOSTOM® O2 reduce la formación de secreciones viscosas en el pulmón. Almacena en el medio de filtración la humedad y el calor del aire espirado y los transfieren durante la inspiración al aire inspirado.

La selección y aplicación e inserción inicial de los productos deben ser realizadas por un personal especializado o médico.

III. ADVERTENCIA

HUMIDOSTOM® es un producto para un único paciente y está destinado exclusivamente al uso único. No se debe limpiar ni esterilizar, ya que esto podría hacer que el producto resultase inutilizar el HME.

La limpieza, la desinfección o la (re)esterilización, así como la reutilización, pueden poner en peligro la seguridad y el funcionamiento del producto y, por lo tanto, no están permitidos.

¡Nunca fije directamente HUMIDOSTOM® en la traqueotomía!

Se debe prestar atención a que el orificio de la válvula no se bloquee por la ropa o similares para garantizar una respiración libre (peligro de asfixia).

Los HME no se deben utilizar en combinación con nebulizadores o humidificadores. No introduzca agua en el HME. Existe peligro de que aumente la resistencia respiratoria y en consecuencia se bloquee la respiración.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HUMIDOSTOM® está compuesto por un filtro de espuma y una carcasa de plástico.

La carcasa de plástico dispone hacia el lado del paciente de un orificio central con un diámetro interior de 15 mm para conectar un conector estándar de 15 mm (tetón) así como un Luer-Lock.

La válvula de sobrepresión en la tapa de la carcasa evita que se genere una presión excesiva y permite expectorar sin tener que retirar el dispositivo HME. Reduce el riesgo de que el medio humidificante del medio de humectación y permite la expectoración de mayores cantidades de secreciones.

El conector para oxígeno adicional instalado lateralmente en la carcasa (conexión de enchufe de 5 mm) permite conectar un tubo de unión y por consiguiente, la combinación con una fuente de oxígeno.

V. CONTRAINDICACIONES

El HME se debe retirar en el caso de una resistencia respiratoria demasiado elevada.

No es apto para pacientes con hipersecreción (por ejemplo, después de una traqueotomía) o en caso de una secreción excesiva en el pulmón y en las vías respiratorias así como en caso de una fuga importante de aire (el aire espirado no fluye a través del HME).

No debe utilizarse en pacientes con alteraciones de la conciencia o en personas discapacitadas que necesitan ayuda externa y que no pueden retirar ellos mismos el HME en situaciones de emergencia. Esto último no es válido si el paciente se encuentra en un centro sanitario bajo supervisión las 24 horas del día o en atención domiciliaria.

VI. PRECAUCIONES

Si el HME está obstruido o presenta signos de una obstrucción, HUMIDOSTOM® debe ser inmediatamente retirado y sustituido.

VII. INSTRUCCIONES

Compruebe la integridad del envase y el producto presentan un estado correcto.

Compruebe la fecha de caducidad/fecha límite de consumo. No utilice el producto dicha fecha.

Compruebe la resistencia respiratoria.

Inserte el orificio central de 15 mm de la nariz artificial mediante una ligera presión en el conector estándar de 15 mm de la cánula traqueal/el tubo endotraqueal ❶.

Para retirar la nariz artificial/el HME/la cánula traqueal/el tubo endotraqueal con dos dedos y extraiga el chasis de filtro mediante una ligera tracción ❷.

VIII. DATOS TÉCNICOS (SEGÚN DIN EN ISO 9360-1)

Volumen corriente (VT), posible ámbito de aplicación: 30 ml - 1000 ml

Volumen interno: 6 cm³

Pérdida de humedad en el

ámbito de aplicación recomendado VT + 250 ml: 10.3 ml/l

Disminución de la presión: 0.5 l/s; 0.8 cmH2O (+4hPa)

1.0 l/s; 2.1 cmH2O (+4hPa)

1.5 l/s; 4.3 cmH2O (+4hPa)

Peso: 2.5 g

Longitud: 21.5 mm

IX. VIDA ÚTIL

La vida útil máxima / el tiempo de uso máximo es de 24 horas ❶.

Si es necesario, HUMIDOSTOM® debe ser mudado varias veces al día, por ejemplo, se a resistencia a la respiración amenaza aumentar debido a la acumulación de secreciones.

X. AVISOS LEGAIS

El fabricante Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH no se responsabiliza de los posibles daños (en especial fallos de funcionamiento, lesiones, infecciones y/u otras complicaciones o acontecimientos adversos) causados por modificaciones no autorizadas de los productos, no observancia de las instrucciones de uso, manipulación y/o almacenamiento inadecuados del producto por parte del fabricante o de la manipulación, la conservación (limpieza/desinfección) y/o el almacenamiento inadecuados de los productos en contra de las indicaciones del fabricante o la información de uso.

En la medida que la ley lo permita, esto es aplicable tanto a los daños provocados en los productos mismos como a todos los daños consecuentes que se deriven de ellos.

En caso de que se produzca un incidente grave en relación con este producto de Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, este debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

El fabricante se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento.

HUMIDOSTOM® es una marca registrada en Alemania y en los Estados miembros europeos de Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Colonia.

PT I. PREFÁCIO

Estas instruções são aplicáveis ao nariz artificial HUMIDOSTOM® O2/HME (Heat-Moisture Exchanger).

As instruções de utilização destinam-se à informação do médico, do pessoal de enfermagem e do paciente/utilizador a fim de assegurar o manuseamento correto.

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, leia atentamente as instruções de utilização!

II. UTILIZAÇÃO PARA OS FINS PREVISTOS

HUMIDOSTOM® filtra o ar inspirado, reduzindo assim a penetração de partículas nas vias respiratórias do paciente.

O HUMIDOSTOM® O2 reduzem a formação de secreções «pesadas» nos pulmões. Guardam a humidade e o calor do ar expirado no meio filtrante e no momento da inspiração transferem-nos novamente para o ar inspirado.

A primeira seleção, utilização e aplicação dos produtos cabe a um médico devidamente formado ou a um profissional médico especializado (p. ex. enfermeiro).

III. AVISO

O HUMIDOSTOM® são produtos que se destinam a um único paciente e uma única utilização. Não devem ser limpos, desinfetados nem esterilizados (ou esterilizados novamente), uma vez que com o HME seja inutilizável.

A limpeza, desinfeção ou (re)esterilização e reutilização podem comprometer a segurança e o funcionamento do produto e, por isso, não são permitidas!

Em caso algum fixe o HUMIDOSTOM® diretamente no traqueostoma!

Certifique-se de que a abertura da válvula não seja bloqueada pelo vestuário ou outras coisas, de modo a garantir uma respiração livre (risco de asfixia).

Os HME não devem ser utilizados em combinação com um nebulizador ou um pulverizador ou um humidificador. Não deite água no HME. Existe o risco de aumentar a resistência respiratória e, por conseguinte, de bloquear a respiração.

IV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HUMIDOSTOM® é composto por um filtro de espuma e um corpo de plástico.

Do lado do paciente, o corpo de plástico dispõe de uma abertura central com um diâmetro interior de 15 mm destinada a ligar a um conector padrão de 15 mm.

A válvula de sobrecompressão na tampa do corpo impede uma pressurização excessiva e permite a expetoração sem ser necessário retirar o dispositivo HME. Reduz o risco de o meio de humidificação do meio de humidificação ficar aglutinado e permite expetorar quantidades de secreções.

Um conector de O2 (conector de encaixe de 5 mm) adicional colocado lateralmente no corpo permite ligar a uma fonte de oxigénio e, assim, a combinação com uma fonte de oxigénio.

V. CONTRA-INDICAÇÕES

O produto deve ser retirado se a resistência respiratória for demasiado elevada.

Não permitida é a utilização em pacientes com uma forte exsicose (desidratação), nem em caso de uma secreção excessiva nos pulmões e nas vias respiratórias, bem como em caso de forte fuga de ar (o ar expirado não passa pelo HME).

Não deve ser utilizado em pacientes com consciência reduzida e/ou pessoas não autónomas que necessitam de ajuda e que não estão em condições de retirar o dispositivo HME em caso de emergência.

Este último não se aplica se o paciente estiver numa instituição 24 horas por dia sob vigilância de enfermagem ou em cuidados domiciliários.

VI. PRECAUÇÕES

Se o HME estiver obstruído ou se houver sinais de obstrução, o HUMIDOSTOM® deve ser imediatamente removido e eliminado.

VII. INSTRUÇÕES

Verifique se a embalagem e o produto se encontram no estado correto.

Verifique a data de validade/expiração. Não use o dispositivo após essa data.

Verifique a resistência à respiração.

Coloque o nariz artificial/o dispositivo HME com o orifício central de 15 mm no conector padrão de 15 mm da cânula de traqueostomia/tubo endotraqueal ❶.

Remova o nariz artificial/o dispositivo HME/a cânula de traqueostomia/o tubo endotraqueal com dois dedos e puxe ligeiramente o cartucho do filtro para o remover ❷.

VIII. DADOS TÉCNICOS (SEGUNDO DIN EN ISO 9360 -1)

Volume corrente (VC), possível área de aplicação: 30 ml - 1000 ml

Volume interno: 6 cm³

Perda de humidade

na gama de aplicação de VT recomendada: 250 ml: 10.3 mg/l

Queda de pressão: 0.5 l/s; 0.8 cmH2O

1.0 l/s; 2.1 cmH2O (+4hPa)

1.5 l/s; 4.3 cmH2O (+4hPa)

Peso: 2.5 g

Comprimento: 21.5 mm

IX. VIDA ÚTIL

A vida útil máx. ou tempo de utilização máx. são de 24 horas ❶.

A frequência necessária do HUMIDOSTOM® depende, por exemplo, da resistência respiratória, que pode aumentar devido à acumulação de secreções.

X. AVISOS LEGAIS

O fabricante Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH não assume qualquer responsabilidade por danos (nomeadamente falhas de funcionamento, lesões, infeções e/ou outras complicações ou eventos adversos) causados por alterações não autorizadas aos produtos, não observância das instruções de utilização não efetuadas pelo fabricante ou da utilização, manutenção (limpeza/desinfeção) e/ou conservação dos produtos em desacordo com as instruções do fabricante.

Este princípio é aplicável – desde que a lei o permita - aos danos deste modo provocados nos próprios produtos e a todos os danos consequentes.

Caso ocorra um incidente grave em conexão com este produto da Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, este deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações no produto.

HUMIDOSTOM® é uma marca registada da Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Colónia, registada na Alemanha e nos Estados-membros da União Europeia.

NL I. VOORWOORD

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de HUMIDOSTOM® O2 kunstneus/HME (Heat-Moisture Exchanger).

De gebruiksaanwijzing dient ter informatie voor de arts, het verlenend personeel en de patiënt/gebruiker, om een correct gebruik te waarborgen.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt!

II. BEOOGD GEBRUIK

HUMIDOSTOM® filtert de ademlucht en vermindert daardoor het binnendringen van deeltjes in de luchtwegen van de patiënt.

HUMIDOSTOM® vermindert de vorming van taai secreet in de longen. Hij slaat vocht en warmte van de uitgeademde lucht op in het filtermedium en geeft deze bij inademing weer af aan de ingeademde lucht.

De toepassing en hantering van de producten moeten bij het eerste gebruik door een opgeleide arts of opgeleid medisch personeel worden uitgevoerd.

III. WAARSCHUWING

HUMIDOSTOM® is een product dat alleen bestemd is voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Het mag niet gereinigd of gedesinfecteerd worden, omdat het gebruik van desinfectiemiddelen middelen de HME kapot kunnen maken.

Een reiniging, desinfectie of (her)sterilisatie en hergebruik kunnen afbreuk doen aan de veiligheid en de werking van het product en zijn daarom niet toegestaan!

HUMIDOSTOM® mag in geen geval direct in de tracheostoma worden gebruikt.

Gebruik HUMIDOSTOM® niet wanneer de verpakking beschadigd is. Het is dan mogelijk dat er onbedoeld ademhalingslucht langs de HME ontsnapt.

De HME's mogen niet in combinatie met een vernevelaar of verstuiver worden gebruikt. Vul de HME niet met water. Dit zou onvermijdelijk voor een toename van de ademweerstand en daarmee voor een blokkering van de ademhaling.

IV. PRODUCTBESCHRIJVING

HUMIDOSTOM® bestaat uit een schuimstoffilter en een kunststofbehuizing.

De kunststofbehuizing heeft aan de patiëntzijde een centrale opening met een inwendige diameter van 15 mm waarop een standaardconnector van 15 mm kan worden aangebracht.

De overdrukventiel voorkomt dat er een overmatige druk ontstaat en maakt het mogelijk dat secreet kan worden opgehoest zonder dat de HME verwijderd hoeft te worden. Het vermindert het risico dat het bevochtigingsmedium gaat kleven

A HME eszközöket kizárólag vény ellenében lehet kiadni.
VII. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
A készülék hasznos élettartama 15 év.
A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, ezért kérjük, kövesse a helyi hulladékgazdálkodási előírásokat.
VIII. MŰSZAKI ADATOK (EN EN 13360-1 SZERINT)
Lapos fejtámla (VT), hordozható alkalmazási tartomány: 30 ml - 1000 ml
Belső térfogat: 6 cm³
Nedvességkibocsátás/-javadalom
VT = 250 ml: 10,3 mg/l alkalmazási tartományban
Nyomásciklusok: 0,5 Hz 0,6 cmH2O (~hPa)
1,0 Hz 2,1 cmH2O (~hPa)
1,5 Hz 4,3 cmH2O (~hPa)
Hőmérséklet: 2,5 g
Hossz: 21,5 mm
IX. FELHASZNÁLHATÓSÁG IDEJE
A maximális használhatósági időtartam 24 óra ❷.
Szükség szerint a HUMIDOSTOM® kapcsán használja többször is ideit cserélni, ha pl. a légzési ellenállás a választék fényében mint nyavalásával fenyegeti.
X. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
A gyártó, az Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyek a HUMIDOSTOM® nem rendeltetésszerű használatából, a HUMIDOSTOM® nem megfelelő vagy hibás működéséből, amelyek a HUMIDOSTOM® nem a gyártó által végrehajtott javítás vagy szakszerűtlen kezelés, ápolás (tisztítás/fertőtlenítés) elvárja a termék ebben a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célokra.
Ez érvényes-ha törvény szerint megengedett-az ezáltal magán a termékben okozott károkra, valamint az ebből eredő következő károkra is.
A jótállás nem vonatkozik a HUMIDOSTOM® azon részeire, amelyek a normál használat során elkopnak vagy amelyeket a tisztítás, fertőtlenítés során a gyártóénak hibás használatára, amelyeket az alkalmazó elvárja a helyi állami kötelezettségek és előírások betartása.
A gyártó fenntartja a módosítások termékváltoztatás jogát.
XI. GYÁRTÓ Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln, vállalat Németországban és az EU-tagállamokban begyűjtő központ.

PL

I. WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obowiązuje dla sztucznego nosa HUMIDOSTOM® CO2/HME (Heat-Moisture Exchanger).
Instrukcja użycia jest przeznaczona dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i pacjenta/użytkownika w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania.
Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia!
II. UJDTOWNIENIE - ZGODNIE Z PRZEDŁUŻENIEM
HUMIDOSTOM® filtruje powietrze oddechowe i zmniejszają w ten sposób przedostawanie się cząstek do dróg oddechowych.
HUMIDOSTOM® zmniejsza tworzenie się gęstych wydzielin w płucach. Gromadzą one wilgoć i ciepło z wydychanego powietrza i oddają je z powrotem podczas wdechu (wymiana ciepła i wilgoci).
Dobór, zastosowanie i wprowadzenie produktów musi być dokonane przy pierwszym użyciu przez wyszkolonego lekarza lub wyszkolony personel fachowy.
III. OSTRZEŻENIE
HUMIDOSTOM® są produktami przeznaczonymi do stosowania przez jednego pacjenta i są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie wolno ich oczyszczać, ani dezynfekować, ponieważ zastosowanie środka dezynfekcyjnego może spowodować HME.
Czyszczenie, dezynfekcja lub sterylizacja powoduje uszkodzenie i nadmodzwolone, gdyż mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Produkty HUMIDOSTOM® nie wolno wprowadzać bezpośrednio do otworu tracheostomijnego!
Należy zwrócić uwagę, aby otwór zaworu nie był zablokowany ubraniem itp., aby umożliwić oddychanie bez przeszkód (niebezpieczeństwo duszności).
HME nie wolno stosować w połączeniu z nebulizatorem lub rozpylaczem. Nie należy wodę do HME, ponieważ wtedy niebezpieczeństwo wzrostu opór oddechowego i tym samym zatrzymania oddechu.
IV. OPIS PRODUKTU
HUMIDOSTOM® składa się z filtra parowiejącego i obudowy z tworzywa sztucznego.
Filtr parowiejący sztucznego pasażu po stronie skierowanej do pacjenta centralny otwór o średnicy 15 mm do podłączenia dodatkowego sprzętu do pacjenta/użytkownika do standardowych łączników 15 mm.
Zawór nadciśnieniowy w pokrywie obudowy zapobiega wytworzeniu nadmiernego ciśnienia i umożliwia odkrztuszanie wydzielin, bez konieczności usuwania HME. Minimalizuje niebezpieczeństwo sklejenia środka wydzielin i umożliwia odkrztuszanie wydzielin bez konieczności wymiany.
Umieszczony z boku obudowy dodatkowy kciukiem ułożony zaczep wtykowe 5 mm) umożliwia przymocowanie dodatkowego sprzętu (np. nebulizatora) tym samym połączenie za zsuwem.
V. PRZECIWWSKAZANIA
HME należy usunąć w przypadku zbyt dużego oporu oddechowego.
Niedopuszczalne jest stosowanie u pacjentów z silnym wydzielaniem, poza tym w przypadku nadmiernego wydzielania w okucach i drogach oddechowych oraz w przypadku silnego wypływu śluzowatej (wydzielinowe powodowane przez produkty HME).
Nie wolno stosować u pacjentów z ograniczoną świadomością ani słabą- ze niesamodzielnych, wymagających opieki osób, które w nagłych przypadkach nie są w stanie same usunąć HME.
Ostatnie nie na zakończenia, jeśli pacjent przebywa w środowisku bez pod całodobowym nadzorem medycznym (np. w domu lub opieki domowej).
VI. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
U PACJENTÓW, U KTÓRYCH HME jest wydzielin lub widoczne są oznaki zatkania, należy niezwłocznie usunąć i wymienić HUMIDOSTOM®.
VII. INSTRUKCJA
Sprawdzić, czy opakowanie i produkt są w nienaruszonym stanie.
Sprawdzić termin ważności/przydatności do użycia. Nie stosować produktu po upływie tego terminu.
Sprawdzić opór oddechowy.
Z lekkim naciskiem nałożyć sztuczny nos z centralnym otworem 15 mm na standardowy łącznik 15 mm rurki tracheostomijnej lub intubacyjnej ❶.
Aby uzyskać sztuczny nos, należy przytrzymać dwoma palcami rurkę tracheostomijną lub intubacyjną i wsyp HUMIDOSTOM® poprzez lekkie pociągnięcie ❷.
VIII. DANE TECHNICZNE (WG DIN EN ISO 9360 - 1)
Objętość oddechowa (VT), możliwy zakres zastosowania: 30 ml - 1000 ml
Objętość wewnętrzna: 6 cm³
Utrata wilgoci w zależności
zakresie zastosowania V'T = 250 ml: 10,3 mg/l
Częstotliwość oscylacji: 0,5 Hz 0,6 cmH2O (~hPa)
1,0 Hz 2,1 cmH2O (~hPa)
1,5 Hz 4,3 cmH2O (~hPa)
Masa: 2,5 g
Długość: 21,5 mm

SK

I. ÚVOD
Tento návod platí pre umelý nos / výmenk tepla a vlhkosti HUMIDOSTOM CO2.
Slúži ako informácia pre lekárov, ošetrovateľský personál a pacienta/používateľa, aby mali výrobok správne a bezpečne používať.
Pred prvým použitím výrobku si pečlivo prostudujte pokyny k použitiu výrobku!
II. ÚRČENÉ POUŽITIE
HUMIDOSTOM® filtruje vzduch k dýchaniu a snižuje tak pronikanie častíc do dýchacích ciest pacienta.
HUMIDOSTOM® znižuje tvorbu hustých hlienov v pľúcach a chráni ciliové pohyb riasiniek. Hlien je teplo vydechovaného vzduchu ve filtračním médiu a přeměňují ho zpět při vdechování do vdechovaného vzduchu.
Výber, použitie a aplikácia výrobku při prvním použitím musí provést vyškolený lekár nebo odborný personál.
III. VAROVANIE
HUMIDOSTOM® je výrobok pro jednoho pacienta, který je určen k jednorázovému použití. Nesmí se čistit ani dezinfikovat, protože použití dezinfekčního prostředku by vedlo k HME výrobku.
Čištění, dezinfekce nebo (opakovaná) sterilizace a opakované používání mohou negativně ovlivnit bezpečnost a funkci výrobku, a proto jsou nepřípustné!
IX. OKRES UŻYTKOWANIA
Maksymalny czas użytkowania/noszenia wynosi 24 godziny ❷.
W razie potrzeby HUMIDOSTOM® należy wymieniać, nawet kilka razy dziennie, jeśli np. istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia oporu oddechowego z powodu nagromadzenia wydzielin.
X. INFORMACJE GWARANCYJNE
Wytwórca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku użytkowania HUMIDOSTOM® niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego lub wadliwego działania HUMIDOSTOM®, naprawionych przez nieautoryzowane przez producenta lub nieprawidłowe użycie, pielęgnację (czyszczenie/dezynfekcję) lub przechowywanie wyrobu niezgodnie z instrukcją użycia.
Dotyczy to – o ile jest to prawnie dopuszczalne – zarówno uszkodzeń samych produktów HUMIDOSTOM®, jak również szkód ubocznych, jak również wszelkich spowodowanych takim działaniem szkód następczych.
Nie dotyczy to części HUMIDOSTOM® firmy Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH objętych do powłoki, które podlegają normalnemu zużyciu i są poddawane czyszczeniu, dezynfekcji, sterylizacji, w którym ma sposobie użytkownik lub pacjent.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian wynikających w technice.
HUMIDOSTOM® jest zarejestrowanym w Niemczech i krajach członkowskich Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Kolonia.

RU

I. ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная инструкция относится к искусственному носу/HME (тепломагнитобменнику) HUMIDOSTOM® CO2/HME.
Инструкция по применению предназначена для врачей, медицинскому персоналу и пациенту/пользователю в целях обеспечения его правильной эксплуатации изделия.
Перед первым применением изделия внимательно ознакомьтесь с указаниями по применению!
II. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
HUMIDOSTOM® фильтрует вдыхаемый воздух, снижая тем самым попадание частиц в дыхательные пути пациента.
HUMIDOSTOM® уменьшает образование вязких секретов в легких. Он накапливает влагу и тепло выдыхаемого воздуха и возвращает обратно в легкие пациент во время вдыхаемый воздух.
Выбор, установка и первое применение изделий должно осуществляться обученным медицинским персоналом.
III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HUMIDOSTOM® предназначены только для однократного применения у одного пациента. Запрещается очищать и дезинфицировать их, так как дезинфицирующее средство может привести HME в непригодность.
Очистка, дезинфекция и (повторная) стерилизация не допускаются, так как могут нарушить безопасность и работоспособность изделия!
Не в коем случае не вводите HUMIDOSTOM® непосредственно в трахеостому!
Необходимо следить за тем, чтобы вентиляционное отверстие не закрывалось одеждой и т.п., чтобы обеспечить беспрепятственное дыхание (опасность удушья).
HME нельзя использовать в сочетании с небулайзером или распылителем. Не заливайте воду в HME. Существует опасность повышения сопротивления при дыхании и тем самым блокирования дыхания.
IV. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
HUMIDOSTOM® состоит из фильтра из испаренного материала и пластикового корпуса.
Пластиковый корпус имеет обращённое к пациенту центральное отверстие внутреннем диаметром 15 мм для подключения дополнительного оборудования пациента/пользователя к стандартным 15 мм разъемам.
Предохранительный клапан в крышке корпуса препятствует чрезмерному росту давления и позволяет откашливать секрет без необходимости замены HME. Благодаря этому минимизируется опасность склеивания секрета в клапане и обеспечивается возможность откашливания секрета без необходимости замены.
Расположенный сбоку на корпусе дополнительный штуцер для кислорода (вставное приспособление 5 мм) позволяет подсоединять шланг и использовать источник кислорода.
V. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В случае слишком сильного сопротивления при дыхании HME следует удалить.
Не рекомендуется применять у пациентов с сильным выделением (обильное выделение), при чрезмерной секреции в легких и дыхательных путях, а также при сильной утечке воздуха (выделение секрета вызванное HME-продуктами).
Не допускается применение у пациентов с ограниченным сознанием или слабых, которые нуждаются в помощи лиц, которые не смогут самостоятельно удалить HME в экстренном случае.
Последнее не применяется, если пациент находится под постоянным наблюдением 24 ч в круглосуточном медицинском учреждении (например, дома).
VI. ОСТОРОЖНО
Если HME загрязнен или видны признаки закупорки, то HUMIDOSTOM® следует заменить на новый.
VII. ИНСТРУКЦИЯ
Проверьте упаковку и изделие на отсутствие повреждений и бактериальное состояние.
Проверьте срок годности. Не используйте изделие после истечения этого срока.
Проверьте сопротивление при дыхании.
Слегка нажав, установите искусственный нос центральным 15 мм отверстием на 15 мм стандартный соединитель трахеостомической или интубационной трубки ❶.
Удалите искусственный нос, фиксируя двумя пальцами трахеостомическую канюлю/интубационную трубку и вставьте HUMIDOSTOM® легким потягиванием ❷.
VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СОГЛАСНО DIN EN ISO 9360 - 1)
Дыхательный объем (VT), возможный диапазон применения: 30 - 1000 мл
Внутренний объем: 6 см3
Потеря влаги в зависимости
рабочем диапазоне V'T = 250 мл: 10,3 мг/л
Частота колебаний: 0,5 Гц 0,6 см H2O (~ГПа)
1,0 Гц 2,1 см H2O (~ГПа)
1,5 Гц: 4,3 см H2O (~ГПа)
Масса: 2,5 г
Длина: 21,5 мм

SR

I. PREDGOVOR
Ova uputa se odnosi na umjetni nos/HME (Heat-Moisture Exchanger) HUMIDOSTOM® CO2.
Ovo uputa je informacijske kako, osoblja za negu i pacijenta/korisnika, kako bi se osiguralo sigurno rukovanje.
Pre prve primene proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!
II. NAMENA UPOTREBE
HUMIDOSTOM® filtrira udahnuti vazduh čime se smanjuje prodiranje stranih čestica u disajne puteve pacijenta.
HUMIDOSTOM® smanjuje stvaranje žilavog sekreta u plućima i štiti od infekcija. Vlažnost i toplotu izdahnutog vazduha apsorbuje i vraća pacijentu prilikom udisaja u udahnuti zrak.
Odabir odgovarajuća proizvoda, objašnjenje načina primene i prvo postavljanje dozvoljeno je isključivo obučenom lekaru ili obučenom stručnom osoblju.
III. UPOZORENJE
HUMIDOSTOM® su proizvodi namijenjeni isključivo za jednu upotrebu jednog pacijenta i samo za jednokratnu upotrebu. Oni se smeju da se čiste ili dezinfikuju jer korišćenje sredstava za dezinfekciju može dovesti do neupotrebljivosti proizvoda HME.
Čišćenje, dezinfekcija ili (ponovna) sterilizacija kao i ponovno korišćenje negativno utiču na bezbednost i funkcionalnost proizvoda, zato nisu dozvoljeni!
HUMIDOSTOM® ni u kom slučaju ne sme da se umeće direktno u traheostomu!
Treba paziti da ventilacioni otvor ne bude prekriven odećom i sl. kako bi se mogao predmetima kako bi se omogućilo nesmetano disanje (opasnost od gušenja).
Nije dozvoljena primena HME u kombinaciji sa inhalatorima ili raspršivačima. Nije dozvoljeno ispirnje HME vodom i sličnim tečnostima jer postoji opasnost od povećanja otpora disanja i blokade disanja.

SL

I. UVOD
Ta navodila veljajo za umetni nos/HME (Heat-Moisture Exchanger) HUMIDOSTOM® CO2.
Navodila so namenjena zdravnikom, negovalnemu osebju in pacientu za pacientu uporabnika ter varno uporabo.
Pred prvo uporabo pripomočka pozorno preberite navodila za uporabo!
II. PRAVILNA UPORABA
Pripomoček HUMIDOSTOM® filtrirajo vdihani zrak in tako zmanjšajo možnost vdiranja delcev v dihalne poti pacienta.
Pripomoček HUMIDOSTOM® blažijo nastanek gostega sekreta v pljučih. V filtrirnem mediju zbirajo izdihano toplotno in vlago, ki jo pacient med vdihom spet prejme.
Pripomočka mora do prvi uporabi izbrati, uporabiti in vstaviti zdravnik ali izšolan strokovnjak.
III. OPOZORILO
HUMIDOSTOM® so pripomočki za uporabo pri enem pacientu in so primerni samo za enkratno uporabo. Čistilo in razkuževalo jih ne smete, ker lahko uporaba razkužila povzroči okvaro HME.
Čiščenje, razkuževanje ali (ponovna) sterilizacija ter ponovna uporaba lahko poslabša varnost in delovanje izdelka, zato so prepovedani!
Paziti je treba, da zračnik ne bo prekrit z oblačili ali podobno, da bo omogočeno nemoteno dihanje (nevarnost talčenja dihanja).
HME ni dovoljeno uporabljati v povezavi z razpršilnikom in škropilnicami. V pripomoček HME ne nalivajte vode. Vedno obstaja nevarnost dviga dihalnega upora in tako zastoja dihanja.
IV. OPIS PROIZVODA
HUMIDOSTOM® sestavljajo penasti filter in plastično ohišje.
Filter ima na strani, obrnjeni k pacientu, centralno odprtino premera 15 mm notranjim premerom, ki bo omogočila priključitev 15 mm standardnega konektorja.
Razbremilni ventil v pokrovu ohišja preprečuje prekomerni tlak in omogoča izločanje sekreta, ne da bi bilo treba HME-ja treba odstraniti. Minimalizira nevarnost zlepljenja vlažilnega medija in omogoča izločanje sekreta brez menjave izdelka.
Priključek za kisik (5-mm priključek), ki je dodatno nameščen ob strani ohišja, omogoča priključitev cevi in uporabo vira kisika.
V. KONTRAINDIKACIJE
Če je dihalni upor previsok, je treba umetni nos/HME odstraniti.
Ni priporočljivo uporabljati pri pacientih z močnim izločanjem, pri prekomernem izločanju v pljučih in dihalnih poteh ter močnem odtoku tekoče zračnih cest se ne sme uporabljati (izločanje HME).
Ni za uporabo pri pacientih z motnjami zavesti ali pri pacientih, ki potrebujejo pomoč pri odstranitvi HME-ja in ne morejo odstraniti same.
Zadnje ne velja, če je pacient v ustreznem nadzorstvu 24-ure nege ali pa ima nego na domu.
VI. PREVIDNO
Če je pripomoček HME zamašen ali kaže znake zamašitve, je treba pripomoček HUMIDOSTOM® nemudoma odstraniti in zavreči.
VII. NAVODILA
Preverite, ali sta embalaža in pripomoček v brezhibnem stanju.
Preverite rok uporabe. Pripomočka ne uporabljajte po preteku tega datuma.
Preverite upor pri dihanju.
Rahlo pritisnite umetni nos 15-mm odprtino na rahlo pritisnite na 15-mm standardni priključek trahealne kanile/endotrahealne cevke ❶.
Odstranite umetni nos tako, da z dvema prstoma fiksirate traheostomsko kanilo/endotrahealno cev in z rahlim vlečenjem HUMIDOSTOM® previdno izvlecite ❷.
VIII. TEHNIČNI PODATKI (PO DIN EN ISO 9360 - 1)
Obseg volumna (VT), mogoče področje uporabe: 30 ml - 1000 ml
Notranji volumen: 6 cm³
Izguba vlažnosti v odvisnosti
območju uporabe V'T = 250 ml: 10,3 mg/l
Frekvenca nihanja: 0,5 Hz 0,6 cmH2O (~hPa)
1,0 Hz: 2,1 cmH2O (~hPa)
1,5 Hz: 4,3 cmH2O (~hPa)
Masa: 2,5 g
Dolžina: 21,5 mm
IX. TRAJANJE UPORABE
Priporočen čas uporabe umetnega nosu je 24 ur ❷.
Po potrebi HUMIDOSTOM® zamenjajte tudi večkrat na dan, npr. kadar se takšno dihalni upor poveča zaradi nabiranja izločka.
X. PRAVNI PREVIDNOST
Proizvajalec Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki nastopijo zaradi uporabe HUMIDOSTOM® v nasprotju z namenom, nepravilnega ali napačnega delovanja HUMIDOSTOM®, popravil, ki jih niso izvedle pooblaščene osebe, ali nepravilne uporabe, nege (čiščenje/dezinfekcija) ali shranjevanje izdelka v nasprotju z navodili za uporabo.
To velja – v kolikor je to zakonsko dovoljeno – tako za na samo proizvodov HUMIDOSTOM® kot tudi za posledično škodo.
Ne velja za tiste dele HUMIDOSTOM® podjetja Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, ki so predmet normalne obrabe in se čistijo, dezinficirajo, sterilizirajo, pri čemer je odgovoren uporabnik ali pacient.
Proizvajalec pridržuje pravico na izmene proizvoda v skladu s tehničnim napredkom.
HUMIDOSTOM® je registrirana v Nemčiji in državah članicah EU registrirana znamka podjetja Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

BG

I. ПРЕДГОВОР
Настоящото ръководство важи за изкуствен нос HUMIDOSTOM® CO2 (Heat-Moisture Exchanger).
Ръководството е предназначено за информация на лекари, медицински персонал и пациенти/потребители за безопасна употреба.
Преди първата употреба на продукта прочетете внимателно инструкциите за употреба!
II. УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
HUMIDOSTOM® филтрират вдишвания въздух и така предпазват от навлизане на частици в дихателните пътища на пациента.
HUMIDOSTOM® предпазват от образуване на гъсти лепкави секрети в белия дроб и намаляват броя на инфекциите. Те натрупват влага и топлина от издишания въздух и ги връщат на пациента при вдишване.
Подбор, употреба и първоначална употреба на продуктите трябва първото им приложение трябва да станат от страна на обучен лекар или обучен медицински персонал.
III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HUMIDOSTOM® са предназначени за еднократна употреба от един пациент и за единократна употреба. Те не бива да се почистват или дезинфекцират, понеже употребата на дезинфекционни средства ще повреди изкуствения нос.
Почистване, дезинфекция или (рестерилизация, както и повторна употреба могат да нарушат безопасността и функционирането на продукта и затова не са разрешени!
Не бива по никакъв начин трябва да се поставя HUMIDOSTOM® директно в трахеостомата!
Трябва да се внимава вентилационният отвор да не бъде покрит от дрехи и т.н., за да се гарантира необструктивно дишане (опасност от задушаване).
Не бива да се използват HME заедно с инхалатори или пулверизатори. Не пълнете HME с вода. Има опасност от повишаване на съпротивлението при дишане и така до блокиране на дишането.
IV. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
HUMIDOSTOM® се състоят от филтър от дунапрен и корпус от пластмаса.
Пластмасовият корпус има обърнат към пациента централен отвор с вътрешен диаметър 15 мм и по този начин гарантира свързването с 15 мм стандартен конектор.
Предпазният клапан в капачката на корпуса предотвратява прекалено високо налягане и позволява отделянето на храчки без необходимост от смяна на изкуствения нос. По същия начин се намалява опасността от запушване на изкуствения нос и позволява отделянето на храчки без необходимост от смяна.
С допълнителното вградено странично на корпуса вход за кислород (вкоренен 5 mm) става възможно свързването на маркуч, маркуч и по този начин комбинирането използване с източник на кислород.
V. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
HME трябва да се отстрани при прекалено високо съпротивление при дишането.
Не се препоръчва използването при пациенти с обилно отделяне (обилно отделяне), при прекомерно отделяне в белия дроб и дихателните пътища, както и при силно изтичане (изтичане на въздух, причинено от продуктите HME).
Използването не важи, когато пациентът се намира под 24-часово наблюдение в лечебно заведение (напр. у дома).
VI. ВНИМАНИЕ
Ако HME е замърсен или ако се забелязват признаци на запушване, HUMIDOSTOM® трябва незабавно да се смени с нов.
VII. ИНСТРУКЦИИ
Проверете опаковката и продукта за евентуално счупване.
Проверете срока на годност. Не използвайте продукта след този дата.
Проверете съпротивлението на дишането.
Поставете с лек натиск изкуствения нос с централния отвор 15 mm върху стандартния конектор 15 mm на трахеостомната или интубационната тръба ❶.
Отстранете изкуствения нос, като фиксирате с два пръста трахеалната канюла/ интубационната тръба и поставете HUMIDOSTOM® с лекото издърпване ❷.
VIII. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (СЪГЛАСНО DIN EN ISO 9360 - 1)
Дихателен обем (VT), възможен обхват на приложение: 30 ml – 1000 ml
Вътрешен обем: 6 cm³
Загуба на влага в зависимост
диапазон на приложение при ДО = 250 ml: 10,3 mg/l
Честота на трептене: 0,5 Hz 0,6 cmH2O (~hPa)
1,0 Hz: 2,1 cmH2O (~hPa)
1,5 Hz: 4,3 cmH2O (~hPa)
Тегло: 2,5 g
Дължина: 21,5 mm
IX. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА
Максимален период на употреба е 24 часа ❷.
При нужда HUMIDOSTOM® трябва да се сменя и по няколко пъти на ден, напр. при повишаване на съпротивлението сред дишането от натрупване на секрети.
X. ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Производителят Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH не поема отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилна употреба на HUMIDOSTOM®, неправилно или погрешно функциониране на HUMIDOSTOM®, ремонтирани от фирмата-производител или от неправилно боравене, грижи (почистване/дезинфекция) или съхранение на продукта в нарушение с инструкциите за употреба.
Това се отнася – доколкото е позволено от закона – както за причинените впоследствие щети на самите продукти, така и за всички произтичащи косвени щети.
Не се отнася за частите на HUMIDOSTOM® на Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, които са предмет на нормално износване и които се почистват, дезинфекцират, стерилизират от потребителя или пациента, в което е отговорен потребителят или пациентът.
Производителят си запазва правото на промени, които са в съответствие с техническия напредък.
HUMIDOSTOM® е запазена марка на Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Кьолн за Германия и регистрирана на Европейския съюз.

RO

I. INTRODUCERE
Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru nas artificial/HME UMIDOSTOM® CO2 (Heat-Moisture Exchanger).
Instrucțiunile de utilizare servesc la informarea medicului, a personalului de îngrijire și a pacientului/utilizatorului, precum și pentru utilizarea în siguranță.
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima folosire a produsului!
II. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI
HUMIDOSTOM® filtrează aerul inspirat și reduce astfel pătrunderea de particule în căile respiratorii ale pacientului.
HUMIDOSTOM® reduce formarea de secreții vâscoase în plămâni. Ele captează umiditatea și căldura aerului expirat în mediul de filtrare și le eliberează pe aceeași în timpul inspirării.
Alegerea, montarea și prima utilizare a produselor trebuie făcută la prima utilizare de către un medic instruit sau personal de specialitate instruit.
III. AVERTISMENT
HUMIDOSTOM® sunt produse destinate unui singur pacient și prevăzute doar pentru o unică folosire. Acestea nu trebuie curățate sau dezinfectate, deoarece folosirea unui dezinfectant poate deteriora HME.
Curățarea, dezinfectarea sau (re)sterilizarea precum și reutilizarea pot afecta siguranța și funcționarea produsului și, prin urmare, nu sunt permise!
HUMIDOSTOM® nu trebuie introdus sub nicio formă direct în traheostomă!
Trebuie avut în vedere ca orificiul ventilului să nu fie blocat de îmbrăcăminte sau alte obiecte similare, pentru a permite o respirație nestingherită (pericol de sufocare).

CS

I. ÚVOD
Tento návod platí pro umělý nos / výměník tepla a vlhkosti HUMIDOSTOM CO2.
Slouží jako informace pro lékaře, ošetřovatelský personál a pacienta/uživatele, aby mají výrobek správně a bezpečně používat.
Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte pokyny k použití výrobku!
II. URČENÉ POUŽITÍ
HUMIDOSTOM® filtruje vzduch k dýchání a snižuje tak pronikání částic do dýchacích cest pacienta.
HUMIDOSTOM® znižuje tvorbu hustých hlenů v plicích a chrání cilové pohyb řasinek. Hlen je teplo vydechovaného vzduchu ve filtračním médiu a přeměňují ho zpět při vdechování do vdechovaného vzduchu.
Výběr, použití a aplikace výrobku při prvním použitím musí provést vyškolený lékař nebo odborný personál.
III. VAROVÁNÍ
HUMIDOSTOM® je výrobek pro jednoho pacienta, který je určen k jednorázovému použití. Nesmí se čistit ani dezinfikovat, protože použití dezinfekčního prostředku by vedlo k HME výrobku.
Čištění, dezinfekce nebo (opakovaná) sterilizace a opakované používání mohou negativně ovlivnit bezpečnost a funkci výrobku, a proto jsou nepřípustné!

FAHL

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 6a
51149 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 22 03 / 59 80-0
Fax +49 (0) 22 03 / 59 80-20
info@fahl.de
www.fahl.de

HUMIDOSTOM® O_2

GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS FOR USE

BILDER / PICTURES

BESTELLHINWEIS / ORDER INFO

HUMIDOSTOM® O_2

REF 46150

30

AR

I. المقدمة
تنطبق هذه التعليمات على الأنف الاصطناعي/HME (مبادل الرطوبة والحرارة) HUMIDOSTOM® CO2.
تهدف تعليمات الاستخدام إلى إعلام الأطباء والموظفين والمرضى/المستخدمين بالاستخدام الآمن.
يرجى قراءة إرشادات الاستعمال بعناية قبل استخدام المنتج أول مرة!
II. الاستخدام المقصود
يقوم HUMIDOSTOM® بترشيح الهواء المستنشق، وبالتالي يقلل من تغلغل الجزيئات إلى مجرى التنفس الخاص بالمريض.
يقلل HUMIDOSTOM® من تكوين إفرازات لزجة في الرئة. في وسط ترشيح الهواء، يتم تخزين الحرارة والرطوبة من الهواء الزفير وإعادتها إلى المريض أثناء الشهيق.
يجب أن يتم اختيار المنتج وتطبيقه وإجراء التعديل الأولي له من قبل طبيب مؤهل أو أفراد متخصصين مؤهلين تأهيلاً جيداً.
III. تحذير
HUMIDOSTOM® هي منتجات للاستخدام لمريض واحد فقط وللاستخدام مرة واحدة. لا يجوز تنظيفها أو تعقيمها، لأن استخدام مطهر سيؤدي إلى تلف HME.
التنظيف والتعقيم والتعقيم (إعادة التعقيم) وإعادة استخدام المنتج يمكن أن يؤثر على السلامة والأداء، ولذا فهي ممنوعة!
لا يجوز بأي حال من الأحوال إدخال HUMIDOSTOM® مباشرة في الرغامى!
يجب الحرص على عدم انسداد فتحة التهوية بالملابس وما شابهها، وذلك للتمكين من التنفس بدون عوائق (خطر الاختناق).
لا يجوز استخدام HME مع بخاخات أو مرذاذات. لا تملأ HME بالماء. هناك خطر زيادة مقاومة التنفس وبالتالي انقطاع التنفس.
IV. المكونات والمواصفات
يتكون HUMIDOSTOM® من مرشح بخاري وغلاف بلاستيكي.
يحتوي الغلاف البلاستيكي على فتحة مركزية بقطر 15 مم موجهة نحو المريض، لتوصيل المعدات الإضافية الخاصة بالمريض/المستخدم بالموصلات القياسية 15 مم.
يمنع صمام تنفيس الضغط في غطاء الغلاف زيادة الضغط المفرط ويسمح بالسعال دون الحاجة إلى استبدال HME. وبهذا يتم تقليل خطر التصاق المفرزات بالصمام والسماح بالسعال دون الحاجة إلى الاستبدال.
يتيح الموصل الجانبي الموجود على غلاف الجهاز (مقبس قابل للإدخال 5 مم) توصيل خرطوم الأكسجين والجمع بين الخرطوم ومصدر الأكسجين.
V. موانع الاستعمال
في حالة زيادة المقاومة أثناء التنفس، يجب إزالة HME.
لا يجوز استخدامه مع المرضى الذين يعانون من إفرازات شديدة (إفرازات غزيرة)، في حالة الإفراز المفرط في الرئة والمسالك الهوائية وكذلك في حالة تسرب قوي للهواء (إفرازات ناتجة عن منتجات HME).
لا يجوز استخدامه مع المرضى الذين يعانون من ضعف الوعي أو الضعفاء، الذين يحتاجون إلى مساعدة في رعاية الآخرين، والذين لا يستطيعون إزالة HME بأنفسهم في حالات الطوارئ.
لا ينطبق الأخير إذا كان المريض تحت المراقبة الطبية على مدار 24 ساعة في مرفق طبي (على سبيل المثال في المنزل).
VI. احتياطات
إذا كان HME متسخًا أو ظهرت علامات على انسداده، يجب استبدال HUMIDOSTOM® على الفور.
VII. التعليمات
تحقق من سلامة العبوة والمنتج.
تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية. لا تستخدم المنتج بعد انتهاء هذا التاريخ.
تحقق من مقاومة التنفس.
اضغط برفق على الأنف الاصطناعي بفتحة مركزية بقطر 15 مم على موصل قياسي بقطر 15 مم لأنبوب فتح القصبة الهوائية أو أنبوب التنبيب ❶.
لإزالة الأنف الاصطناعي، قم بتثبيت أنبوب فتح القصبة الهوائية/أنبوب التنبيب بإصبعين واسحب HUMIDOSTOM® بسحب خفيف ❷.
VIII. البيانات الفنية (وفقًا لمعيار DIN EN ISO 9360 - 1)
حجم التنفس (VT)، النطاق المحتمل للاستخدام: 30 مل - 1000 مل
الحجم الداخلي: 6 سم³
فقدان الرطوبة اعتمادًا على
نطاق التطبيق V'T = 250 مل: 10,3 مجم/لتر
تردد التذبذب: 0,5 هرتز 0,6 سم H2O (~هكتوباسكال)
1,0 هرتز: 2,1 سم H2O (~هكتوباسكال)
1,5 هرتز: 4,3 سم H2O (~هكتوباسكال)
الوزن: 2,5 جرم
الطول: 21,5 مم
IX. مدة الاستخدام
الحد الأقصى لمدة استخدام أقرأ هنا ❷ بحالة
يجب استبدال HUMIDOSTOM® عند الحاجة، حتى عدة مرات يوميًا إذا كان هناك على سبيل المثال تهديد بارتفاع مقاومة التنفس بسبب تجمع الإفرازات.
X. المطالبة القانونية
**لا يتحمل المصنع Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH أي مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن الاستخدام غير السليم لـ