DE | I. VORWORT

Diese Anleitung gilt für LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) und LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
Die Gebrauchsanweisung richtet sich an Ärzte, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur Sicherung einer fachgerechten Anwendung.
Bitte lesen Sie die Gebrauchshinweise vor erstmaliger Anwendung des Produkts sorgfältig durch!

II. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der LARYVOX® Tracheospreizer ermöglicht die Spreizung des Tracheostomas.
Der Suffix PED identifies products for pediatric use.

III. WARNINGS

The product is a single-patient product and is thus intended exclusively for one lifetime or repeated use on individual patient.
The user must at first have been trained by qualified personnel in the safe handling and application.
Utilisation par plusieurs personnes est interdite.
The LARYVOX® Tracheospreizer must not be inserted too early after tracheostoma creation.
Cleaning agent and disinfectant residues can lead to irritations of the mucous membranes or other complications.

IV. PRODUCT DESCRIPTION

Three spreadable wings on the LARYVOX® Tracheospreizer enable the tracheostoma to be opened evenly during a change of tracheostomy tube.

V. INSTRUCTIONS

Remove the LARYVOX® Tracheospreizer out of the packaging, and clean and dry LARYVOX® Tracheospreizer in accordance with the instructions (Cleaning and Sterilisation) prior to first use.
Check whether the packaging and the product are in a faultless condition.
To open the tracheostoma, insert the LARYVOX® Tracheospreizer gently into the tracheostoma.
By pressing the handles together, the LARYVOX® Tracheospreizer is opened and the tracheostoma is dilated (fig. 1).

VI. SERVICE LIFE

Any LARYVOX® Tracheospreizer that shows any damage, even a tiny crack, must not be used any more.
LARYVOX® Tracheospreizer that are presently not being used are to be stored in a dry environment, protected from dust, direct sunlight and heat.

VII. CLEANING AND DISINFECTION

1. Cleaning

Clean LARYVOX® Tracheospreizer with lukewarm water and a mild liquid soap, then rinse thoroughly with clear tap water and dry with a clean, lint-free cloth.
If stronger, persistent contaminations are present, LARYVOX® Tracheospreizer can be treated by immersion in a special cleaning agent (e.g. Cidezyme® from Ecolab) for 5 minutes.
After treatment, rinse thoroughly with clear tap water and dry with a clean, lint-free cloth.
Make sure that there are no more cleaning agent residues on LARYVOX® Tracheospreizer after rinsing.
Alternatively, cleaning by thermal disinfection is also possible.
Subject LARYVOX® Tracheospreizer in boiling water (100 °C/ 212 °F) for at least 5 minutes, but not more than 10 minutes.
Rinse LARYVOX® Tracheospreizer several times with clear water.

2. Disinfection

Cold-disinfection with special chemical disinfectants is possible.
Follow the instructions for use of the disinfectant described above before proceeding to disinfection (if applicable).
For this purpose, OPTIM® tube disinfectant should be used in accordance with the manufacturer's instructions.
Only products which are recommended and tested by Heimomed are adequate for the application. Always observe the area of application and spectrum of activity specified for the disinfectant by the manufacturer.
Follow the instructions for the disinfectant.
Rinse LARYVOX® Tracheospreizer several times with clear water after disinfection.
Dry thoroughly with a clean, lint-free cloth after wet cleaning.

VIII. LEGAL NOTICES

The manufacturer Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH will not accept any liability for damages caused by unauthorised product alterations, by repairs not performed by the manufacturer or by improper handling, care (cleaning/disinfection) and storage of the products as well as failure of the provisions of these instructions for use.
Liability is limited to the extent permitted by law – both to damages to the products themselves caused thereby and to any consequential damages caused thereby. Product specifications described herein are subject to change without notice.
Should a serious adverse event occur in connection with this product of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, this is to be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient are domiciled.
Product specifications described herein are subject to change without notice.
LARYVOX® is a trademark and brand of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Cologne registered in Germany and the EU member states.

EN | I. FOREWORD

These instructions apply to LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) and LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
The instructions for use are addressed to physicians, nursing staff and patient/user in order to ensure technically correct handling.
Please read the instructions for use carefully before using the product for the first time!

II. INTENDED USE

The LARYVOX® Tracheospreizer enables dilation of the tracheostoma.
The suffix PED identifies products for paediatric use.

III. WARNINGS

The product is a single-patient product and is thus intended exclusively for one lifetime or repeated use on individual patient.
The user must at first have been trained by qualified personnel in the safe handling and application.
Utilisation par plusieurs personnes est interdite.
The LARYVOX® Tracheospreizer must not be inserted too early after tracheostoma creation.
Cleaning agent and disinfectant residues can lead to irritations of the mucous membranes or other complications.

IV. PRODUCT DESCRIPTION

Three spreadable wings on the LARYVOX® Tracheospreizer enable the tracheostoma to be opened evenly during a change of tracheostomy tube.

V. INSTRUCTIONS

Remove the LARYVOX® Tracheospreizer out of the packaging, and clean and dry LARYVOX® Tracheospreizer in accordance with the instructions (Cleaning and Sterilisation) prior to first use.
Check whether the packaging and the product are in a faultless condition.
To open the tracheostoma, insert the LARYVOX® Tracheospreizer gently into the tracheostoma.
By pressing the handles together, the LARYVOX® Tracheospreizer is opened and the tracheostoma is dilated (fig. 1).

VI. SERVICE LIFE

Any LARYVOX® Tracheospreizer that shows any damage, even a tiny crack, must not be used any more.
LARYVOX® Tracheospreizer that are presently not being used are to be stored in a dry environment, protected from dust, direct sunlight and heat.

VII. CLEANING AND DISINFECTION

1. Cleaning

Clean LARYVOX® Tracheospreizer with lukewarm water and a mild liquid soap, then rinse thoroughly with clear tap water and dry with a clean, lint-free cloth.
If stronger, persistent contaminations are present, LARYVOX® Tracheospreizer can be treated by immersion in a special cleaning agent (e.g. Cidezyme® from Ecolab) for 5 minutes.
After treatment, rinse thoroughly with clear tap water and dry with a clean, lint-free cloth.
Make sure that there are no more cleaning agent residues on LARYVOX® Tracheospreizer after rinsing.
Alternatively, cleaning by thermal disinfection is also possible.
Subject LARYVOX® Tracheospreizer in boiling water (100 °C/ 212 °F) for at least 5 minutes, but not more than 10 minutes.
Rinse LARYVOX® Tracheospreizer several times with clear water.

2. Disinfection

Cold-disinfection with special chemical disinfectants is possible.
Follow the instructions for use of the disinfectant described above before proceeding to disinfection (if applicable).
For this purpose, OPTIM® tube disinfectant should be used in accordance with the manufacturer's instructions.
Only products which are recommended and tested by Heimomed are adequate for the application. Always observe the area of application and spectrum of activity specified for the disinfectant by the manufacturer.
Follow the instructions for the disinfectant.
Rinse LARYVOX® Tracheospreizer several times with clear water after disinfection.
Dry thoroughly with a clean, lint-free cloth after wet cleaning.

VIII. LEGAL NOTICES

The manufacturer Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH will not accept any liability for damages caused by unauthorised product alterations, by repairs not performed by the manufacturer or by improper handling, care (cleaning/disinfection) and storage of the products as well as failure of the provisions of these instructions for use.
Liability is limited to the extent permitted by law – both to damages to the products themselves caused thereby and to any consequential damages caused thereby. Product specifications described herein are subject to change without notice.
Should a serious adverse event occur in connection with this product of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, this is to be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient are domiciled.
Product specifications described herein are subject to change without notice.
LARYVOX® is a trademark and brand of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Cologne registered in Germany and the EU member states.

FR | I. PRÉFACE

Les présentes instructions s'appliquent aux écarteurs trachéaux LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) et LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
Ce mode d'emploi est destiné à informer le médecin, le personnel soignant et le patient/utilisateur afin de garantir l'utilisation technique correcte du dispositif.
Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation du dispositif!

II. UTILISATION CONFORME

L'écarteur de trachéotomie LARYVOX® Tracheospreizer permet d'élargir la trachéotomie.
La désignation PED est ajoutée aux produits destinés à une utilisation pédiatrique.

III. AVERTISSEMENTS

Le produit est un produit à patient unique et n'est donc destiné à être utilisé qu'une seule fois ou à plusieurs reprises, un patient.
Utilisateur doit être formé à une utilisation sûre par le personnel spécialisé.
Pour l'expédition, l'utilisateur doit se placer devant un miroir.
L'écarteur de trachéotomie LARYVOX® Tracheospreizer ne doit pas être introduit trop profondément dans le trachéostome.
Les résidus de produits de nettoyage et de désinfectants peuvent causer des irritations des muqueuses ou avoir d'autres effets négatifs pour la santé.

IV. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de trachéotomie LARYVOX® Tracheospreizer a trois ailes tartinables qui permettent d'ouvrir le stoma régulièrement lors d'un changement de canule.

V. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirer LARYVOX® Tracheospreizer de son emballage et nettoyez-le et séchez-le conformément aux instructions (nettoyage et stérilisation) pendant la première utilisation.
Assurez-vous que l'emballage et le produit soient en parfait état.
Pour ouvrir le trachéostome, introduisez délicatement l'écarteur de trachéotomie LARYVOX® Tracheospreizer dans le trachéostome.
Rapprochez les poignées de l'écarteur de trachéotomie LARYVOX® Tracheospreizer pour agrandir l'ouverture du trachéostome. ⓫

VI. DURÉE D'UTILISATION

LARYVOX® Tracheospreizer doit être immédiatement remplacé s'il est abîmé, même légèrement.
Les dispositifs LARYVOX® Tracheospreizer actuellement inutilisés doivent être stockés dans un endroit sec à l'abri de la poussière, du soleil et de la chaleur.

VII. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

1. Nettoyage

Nettoyer LARYVOX® Tracheospreizer avec de l'eau tiède et un savon liquide doux, puis rincer soigneusement à l'eau claire et essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux pour sécher.
Si les saletés sont importantes et tenaces, LARYVOX® Tracheospreizer peut être traité par immersion dans un produit de nettoyage spéciale (pouvoir pour le nettoyage de canules OPTIBRUSH® CLEAN) durant 5 minutes.
Après le traitement, rincer soigneusement à l'eau claire et essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux pour sécher.
S'assurer qu'il n'y a plus de résidus de produit de nettoyage sur LARYVOX® Tracheospreizer après le nettoyage.
Le nettoyage par désinfection thermique est également possible. Laisser tremper LARYVOX® Tracheospreizer pendant 5 minutes au minimum et 10 minutes au maximum dans de l'eau bouillante (100 °C/212 °F).
Rincer LARYVOX® Tracheospreizer plusieurs fois à l'eau claire.

2. Désinfection

Le désinfectant par désinfecté à froid avec des désinfectants chimiques spéciaux.
Il faut toujours bien nettoyer les dispositifs avant une éventuelle désinfection nécessaire.
Veiller le désinfectant pour canules OPTICIT® et conformément aux instructions du fabricant.
Dans la désinfection, appliquez un désinfectant à base de glutaraldéhyde. Toujours respecter les instructions du fabricant concernant le domaine d'application et le spectre d'activité.
Veiller à respecter la notice d'utilisation du désinfectant.
Après la désinfection, rincer LARYVOX® Tracheospreizer plusieurs fois à l'eau claire.
Après le lavage, bien sécher avec un chiffon propre et non pelucheux.

VIII. MENTIONS LÉGALES

Le fabricant Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ne décline toute responsabilité en cas de dégâts causés par des modifications arbitraires du produit, réparations non effectuées par le fabricant ou par une manipulation, un entretien (nettoyage/désinfection) et un stockage inadaptés ainsi qu'en cas de violations de ce mode d'emploi.
Ceci s'applique autant, dans la limite légale, aux endommagements du produit qu'à tous les dégâts consécutifs. Sous réserve de modifications sans préavis des produits par le fabricant.
S'il survient un événement grave en lien avec l'utilisation de ce produit d'Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, celui-ci doit être signalé au fabricant et aux autorités responsables de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
Sous réserves de modifications sans préavis des produits par le fabricant.
LARYVOX® est une marque déposée de la société Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Cologne, en Allemagne et dans les pays membres de la communauté européenne.

IT | I. PREMESSA

Le presenti istruzioni riguardano LARYVOX® Tracheospreizer (Art. n°/REF 35500) e LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
Le istruzioni per l'uso si propongono di informare il medico, il personale curante nonché il paziente/utilizzatore al fine di garantire un impiego appropriato.
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta!

II. USO PREVISTO

Il dilatatore tracheale LARYVOX® Tracheospreizer consente di dilatare il tracheostoma.
Il suffisso "PED" indica che il prodotto è destinato all'uso pediatrico.

III. AVVERTENZE

Il prodotto è un prodotto monopaziente e, come tale, può essere utilizzato esclusivamente per un solo paziente, anche più volte.
L'utilizzatore deve essere istruito dal personale specializzato sul sicuro utilizzo e sulla corretta applicazione.
Eseguire l'applicazione davanti a uno specchio.
Non inserire LARYVOX® Tracheospreizer nel tracheostoma prima che sia completamente cicatrizzato.
Eventuali residui di detergenti e disinfettanti possono causare irritazioni delle mucose o compromettere in altro modo lo stato di salute del paziente.

IV. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le tre alette divaricabili del dilatatore tracheale LARYVOX® Tracheospreizer consentono di allargare uniformemente il tracheostoma durante la sostituzione della cannula.

V. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Estrarre LARYVOX® Tracheospreizer dalla confezione, quindi pulire e asciugare secondo le istruzioni (sezione Pulizia e sterilizzazione) prima del primo utilizzo.
Verificare se la confezione e il prodotto sono in perfetto stato.
Per aprire il tracheostoma, inserire LARYVOX® Tracheospreizer nel tracheostoma.
Premendo le impugnature, il dilatatore tracheale LARYVOX® Tracheospreizer si apre e il tracheostoma si dilata (fig. 1).

VI. DURATA D'USO

Il dilatatore tracheospreizer che presenti anche il minimo danneggiamento deve essere immediatamente sostituito.
LARYVOX® Tracheospreizer momentaneamente non utilizzati devono essere conservati in luogo asciutto e al riparo da polvere, raggi solari diretti e calore.

VII. PULIZIA E DISINFEZIONE

1. Pulizia

Lavare LARYVOX® Tracheospreizer con acqua tiepida e un sapone liquido delicato. Sciacquare quindi accuratamente con acqua corrente pulita e asciugare con un panno pulito e privo di pelucchi.
In caso di sporco ostinato e adeso, è possibile trattare LARYVOX® Tracheospreizer con una speciale soluzione detergente (ad esempio Cidezyme® di Ecolab) per 5 minuti.
Sciacquare quindi accuratamente con acqua di rubinetto pulita e asciugare con un panno pulito e senza pelucchi.
Verificare che dopo la pulizia su LARYVOX® Tracheospreizer non siano più presenti residui di detergente.
In alternativa, è possibile anche effettuare una pulizia mediante disinfezione termica. Immergere LARYVOX® Tracheospreizer per un minimo di 5 minuti e un massimo di 10 minuti in acqua bollente (100 °C/212 °F).
Risciacquare LARYVOX® Tracheospreizer più volte in acqua pulita.

2. Disinfezione

È possibile effettuare una disinfezione a freddo utilizzando speciali disinfettanti chimici.
Se è necessaria la disinfezione, questa deve essere sempre preceduta da un'accurata pulizia.
A tale scopo si consiglia di utilizzare esclusivamente il disinfettante per cannule OPTICIT® rispettando le istruzioni del produttore.
In alternativa consigliamo un disinfettante a base di glutaraldeide. Osservare le istruzioni del produttore relativamente all'ambito di utilizzo e allo spettro d'azione del prodotto.
Osservare le istruzioni per l'uso del disinfettante.
Dopo la disinfezione, sciacquare LARYVOX® Tracheospreizer più volte in acqua pulita.
Dopo il lavaggio asciugare perfettamente con un panno pulito e senza pelucchi.

VIII. AVVERTENZE LEGALI

Il produttore Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che siano riconducibili a interventi arbitrari sul prodotto, riparazioni non eseguite dal fabbricante o da un'impropria manipolazione, cura (pulizia/disinfezione) e/o stoccaggio dei prodotti nonché violazione delle presenti istruzioni per l'uso.
La responsabilità è limitata – sia per i danni ai prodotti stessi che per eventuali danni consequenziali – nella misura consentita dalla legge. Le specifiche dei prodotti qui descritte sono soggette a modifiche senza preavviso.
Se si verifica un evento grave in relazione a questo prodotto di Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, è necessario segnalarlo al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l'utilizzatore e/o il paziente.
Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto.
LARYVOX® è un marchio registrato in Germania e negli stati membri dell'Unione Europea da Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Colonia.

PT | I. PREFÁCIO

Estas instruções são aplicáveis aos alargadores de estoma LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) e LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
As instruções de uso visam para informar a equipa médica, o pessoal de enfermagem e o doente/utilizador a fim de garantir um manejo adequado.
¡Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto por primera vez!

II. USO PREVISTO

O LARYVOX® Tracheospreizer permite separar el traqueostoma.
El sufijo PED identifica los productos de uso pediátrico.

III. ADVERTÊNCIAS

El producto es un producto para un único paciente y por consiguiente está previsto para un uso único o repetido en el mismo paciente.
El usuario debe haber sido instruido por personal especializado para su seguro manejo y aplicación.
Utilização por várias pessoas é proibida.
El LARYVOX® Tracheospreizer no debe introducirse a una profundidad excesiva en el traqueostoma.
Los restos de productos de limpieza y desinfectantes pueden causar irritaciones en las mucosas u otros problemas de salud.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tres hojas separables del separador traqueal LARYVOX® permiten una abertura uniforme del traqueostoma durante el cambio de la cánula.

V. INSTRUCCIONES DE USO

Extraiga el dispositivo LARYVOX® Tracheospreizer del envase. Limpie y seque el dispositivo antes del primer uso siguiendo las instrucciones ("Limpieza y esterilización") antes de utilizarlo por primera vez.
Compruebe si el embalaje y el producto presentan un estado impecable.
Para abrir el traqueostoma, introduzca el LARYVOX® Tracheospreizer en el traqueostoma con cuidado. ⓫
Comprima la empuñadura para abrir el LARYVOX® Tracheospreizer y separar el traqueostoma. ⓫

VI. VIDA ÚTIL

Sustituya inmediatamente cualquier dispositivo LARYVOX® Tracheospreizer que presente daños, aunque sean mínimos.
Los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer que no estén en uso deben guardarse en un lugar seco y protegido del polvo, la luz solar directa o el calor.

VII. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1.Limpieza

Limpie los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer con agua tibia y un jabón líquido suave. A continuación, enjuáguelos minuciosamente con agua del grifo limpia y séquelos con un paño limpio sin pelusa.
En caso de suciedad más intensa persistente se pueden tratar los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer con una solución de limpieza especial (p. ej. Cidezyme® de Ecolab) durante 5 minutos.
Después de que deposita de la limpieza no queden restos de productos de limpieza en los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer.
Alternativamente también es posible efectuar una limpieza mediante desinfección térmica. Para ello, sumerja el dispositivo LARYVOX® Tracheospreizer durante como mínimo 5 y como máximo 10 minutos en agua hirviendo (100 °C/212 °F).
Enjuague los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer varias veces con agua limpia.

2. Desinfección

Es posible realizar una desinfección en frío con desinfectantes químicos especiales.
Una desinfección siempre debe ir precedida de una meticulosa limpieza.
Para ello debe utilizarse el desinfectante para cánulas OPTIBRUSH® CLEAN. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante.
Como alternativa recomendamos un desinfectante basado en el principio activo glutaraldehído. Se deberán tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante relativas al campo de aplicación y espectro de acción del producto.
Tenga en cuenta las instrucciones de uso del desinfectante.
Tras la desinfección, enjuague los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer varias veces con agua limpia.
Después de la limpieza húmeda, séquelos meticulosamente con un paño limpio sin pelusa.

VIII. AVISO LEGAL

El fabricante Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH no se responsabilizará de los posibles daños derivados de intervenciones no autorizadas en el producto, de reparaciones no realizadas por el fabricante o de la manipulación, la conservación (limpieza/desinfección) y/o el almacenamiento no adecuados de los productos así como de la inobservancia de estas instrucciones de uso.
En la medida que la ley lo permita, esto es aplicable tanto a los daños en los productos mismos como a todos los daños consecutivos que se produzcan a partir de ellos. Reservado el derecho a modificar los productos en cualquier momento.
En caso de que se produzca un incidente grave en relación con este producto de Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, se deberá informar de ello al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que reside el usuario o el paciente.
El fabricante se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento.
LARYVOX® es una marca registrada en Alemania y en los estados miembro europeos de Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Colonia.

NL | I. VOORWOORD

Deze handleiding geldt voor de LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) en de LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
De handleiding dient ter informatie van arts, verpleegpersoneel en patiënt/gebruiker om een correct gebruik van het product te garanderen.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt!

II. BEOOGD GEBRUIK

De LARYVOX® Tracheospreizer dient voor het openhouden van het tracheostoma.
De toevoeging PED identificeert producten voor pediatrisch gebruik.

III. WAARSCHUWINGEN

Dit product is een product voor één patiënt en daarmee uitsluitend bestemd voor eenmalig of herhaald gebruik ook voor meervoudig gebruik.
De gebruiker moet door deskundig personeel zijn getraind in een veilige omgang en gebruik.
Gebruik door meerdere personen is verboden.
De LARYVOX® Tracheospreizer mag niet te diep in de tracheostoma worden gebracht.
Resten van reinigings- en desinfectiemiddelen kan op irritaties van slijmvliezen of andere schade aan de patiënt leiden.

IV. PRODUCTBESCHRIJVING

De drie spreidbare vleugels van de LARYVOX® Tracheospreizer maken het mogelijk om het tracheostoma gelijkmatig te verwijden bij vervanging van de canule een gelijkmatige opening van de tracheostoma.

V. INSTRUCTIES

Retire o LARYVOX® Tracheospreizer da embalagem e siga as instruções de limpeza e esterilização) para limpar e secar o LARYVOX® Tracheospreizer antes da primeira utilização.
Verifique se a embalagem e o produto se encontram no estado correto.
Para abrir traqueostoma, insira o LARYVOX® Tracheospreizer cuidadosamente no traqueostoma.
Comprima as manoplas para abrir o LARYVOX® Tracheospreizer e expanda o traqueostoma. ⓫

VI. VIDA ÚTIL

Qualquer LARYVOX® Tracheospreizer que apresente uma danificação, mesmo que pequena, deve ser substituído por imediatamente trocado.
Os LARYVOX® Tracheospreizer que atualmente não estejam a ser usados, devem ser guardados num ambiente seco e protegido contra o pó, raios solares e/ou calor.

VII. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

1. Limpeza

Limpe o LARYVOX® Tracheospreizer com água morna e um sabonete líquido suave. A seguir enxaguar bem com água da torneira e seque com um pano limpo que não largue pêlos.
No caso de sujidade mais intensa persistente se pueden tratar los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer con una solución de limpieza especial (p.ex. Cidezyme® de Ecolab) durante 5 minutos.
Después de que deposita de la limpieza no queden restos de productos de limpieza en los dispositivos LARYVOX® Tracheospreizer.
Alternativamente também é possível efectuar uma limpeza mediante desinfecção térmica. Para isso, mergulhe o LARYVOX® Tracheospreizer durante, no mínimo 5 e, no máximo 10 minutos em água a ferver (100 °C/212 °F).
Enxaguar o LARYVOX® Tracheospreizer várias vezes com água limpa.

2. Desinfecção

A desinfecção a frio com desinfetantes químicos especiais é possível.
Uma desinfecção eventualmente necessária deve ser sempre precedida de uma limpeza exaustiva.
Para tal deve ser utilizado o desinfetante de cânulas OPTICIT® de acordo com as instruções do fabricante.
Como alternativa, recomendamos um desinfetante à base da glutaraldeído. Respeite as instruções do fabricante sobre a observância das indicações do fabricante relativamente à área de aplicação e espectro de acção do produto.
Observe as instruções de utilização do desinfetante.
Após a desinfecção, enxague o LARYVOX® Tracheospreizer várias vezes com água limpa.
Depois de lavar, seque cuidadosamente com um pano limpo e sem pelos.

VIII. AVISOS LEGAIS

O fabricante Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH não assume qualquer responsabilidade por danos que resultem de alterações não autorizadas do produto, reparações não efetuadas pelo fabricante ou da utilização, manutenção (limpeza/desinfecção) e/ou armazenamento inadequados, bem como da inobservância destas instruções de uso.
Na medida em que a lei o permita, isto é aplicável tanto a danos nos produtos em si como a todos os danos consequentes daí resultantes.
O direito de proceder a alterações nos produtos em qualquer momento.
Em caso de ocorrência de um incidente grave em relação com este produto da Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, este deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado Membro onde o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.
O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações no produto.
LARYVOX® é uma marca da Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Colónia, registada na Alemanha e nos Estados-membros da Europa.

SV | I. FÖRORD

Denna bruksanvisningen gäller för LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) och LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
Bruksanvisningen är avsedd som information till läkare, vårdpersonal och patient/användare för att garantera en korrekt användning.
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten för första gången!

II. AVSEDD ANVÄNDNING

LARYVOX® Tracheospreizer gör det möjligt att vidga trakeostomat.
Tillägget PED används för produkter avsedda för pediatrisk användning.

III. VARNINGAR

Produkten är en engångsprodukt och således utesluten avsedd för användning till en enda patient – för upprepad användning på samma patient, också flera gånger.
Användaren måste ha fått utbildning av fackpersonal i säker hantering och användning.
Användning bör alltid ske framför spegel.
LARYVOX® Tracheospreizer får inte föras med för långt i trakeostomin.
Rester av rengörings- och desinfektionsmedel kan ge upphov till slemhinnerirritation och andra hälsorisker.

IV. PRODUKTBESKRIVELSE

De vinar som ingår i LARYVOX® Tracheospreizer gör det möjligt med en jämn öppning av trakeostomin under canylebytet.

V. INSTRUKTIONER

Ta LARYVOX® Tracheospreizer ur förpackningen, rengör och torka LARYVOX® Tracheospreizer enligt bruksanvisningen (rengöring och sterilisering) innan första användning.
Kontrollera att förpackningen och produkten är i gott skick.
För att öppna trakeostomat, sätt försiktigt in LARYVOX® Tracheospreizer i trakeostomat. ⓫
Genom att handtagen trycks ihop öppnas LARYVOX® Tracheospreizer så att trakeostomiön vidgas. ⓫

VI. LIVSLÄNGD

Byt omedelbart ut LARYVOX® Tracheospreizer som visar minsta tecken på skada – även en mycket liten spricka.
LARYVOX® Tracheospreizer som inte används ska förvaras på en torr plats skyddad från damm, solljus och värme.

VII. RENGÖRING OCH DESINFICERING

1. Rengöring

Rengör LARYVOX® Tracheospreizer med lummet vatten och en mild flytande tvål. Skölj därefter noggrant med rent kranvatten och torka med en ren, luddfri duk.
Vid kraftig nedsmutsning och kvarvarande orenheter kan LARYVOX® Tracheospreizer behandlas i en special rengöringslösning (OPTIBRUSH® CLEAN kanylrengöringsvätska). Skölj därefter noggrant med rent kranvatten och torka av med en ren, luddfri duk.
Kontrollera att det inte längre finns något rengöringsmedel kvar på LARYVOX® Tracheospreizer efter rengöringen.
Det är även möjligt att rengöra produkten med termisk desinficering. Låt LARYVOX® Tracheospreizer ligga i kokande vatten (100 °C/212 °F) i 5 till 10 minuter.
Skölj LARYVOX® Tracheospreizer flera gånger med rent vatten.

2. Desinficering

En kald desinfektion er mulig med spesielle kjemiske desinfeksjonsmidler.
En grundig rengöring bör alltid gå först för en ev. nedvärdig desinfektion.
Använd för detta ändamål desinfektionsmedel OPTICIT® avsedda enligt tillverkarens anvisningar.
Som alternativ rekommenderas ett desinfektionsmedel baserat på det verksamt ämnet glutaraldehyd. Följ alltid respektive tillverkares anvisningar om användningsområde och verkningsspektrum.
Följ alltid desinfektionsmedlets bruksanvisning.
Efter desinficering av LARYVOX® Tracheospreizer sköljas flera gånger med rent vatten.
Avslutningsvis ska LARYVOX® Tracheospreizer sköljas flera gånger med rent vatten och torkas med en ren och luddfri duk.

VIII. JURIDISK INFORMATION

Tillverkaren Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ansvarar inte för skador som uppstår till följd av obehörigt ingrepp på produkten, av reparationer som utförts av andra än tillverkaren eller av icke-fackmässig användning, skötsel (rengöring/desinficering) och/eller förvaring av produkterna som strider mot instruktionerna i denna bruksanvisning.
Detta gäller – i den mån lagstiftningen tillåter – såväl för härav uppkomna skador på produkterna i sig som för följdskador. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av produkten.
Om en allvarlig incident uppkommer i samband med denna produkt från Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, ska detta anmälas till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av produkten.
LARYVOX® är ett i Tyskland och EU-registrerat varumärke som ägs av Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

DA | I. FORORD

Denne vejledning gælder for LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) og LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).
Brugsanvisningen indeholder informationer for læge, plejepersonale og patient/bruger med henblik på at sikre en korrekt og korrekt håndtering.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden produktet anvendes første gang!

II. FORMÅLSMÆSSIGT ANVENDELSE

LARYVOX® Tracheospreizer gør det muligt at udvide tracheostomiet.
Tilføjelsen PED henviser til produkter for det pædiatriske anvendelsesområde.

III. ADVARSLER

Produktet er et patient-produkt og er dermed udelukkende beregnet til at blive anvendt af en og samme patient, også flere gange.
Brugeren skal være blevet undervist af fagligt uddannet personale i sikker omgang og anvendelse.
Anvendelse af flere personer er ikke tilladt.
LARYVOX® Tracheospreizer må ikke føres ind for langt i tracheostomiet.
Rester av rengörings- och desinfektionsmedel kan ge upphov till slemhinnerirritation och andra hälsorisker.

IV. PRODUKTBESKRIVELSE

De vinger, der kan spredes på LARYVOX® Tracheospreizer, gør det muligt at åbne tracheostomiet ensartet under kanyleskiftet.

V. BRUKSANVISNING

Ta LARYVOX® Tracheospreizer ut av förpakningen, rengör och torka LARYVOX® Tracheospreizer före första användning i enlighet med anvisningarna (Rengöring och sterilisering).
Kontrollera att emballagen och produkten är i felfritt skick.
För att öppna av trakeostomiet fører du LARYVOX® Tracheospreizer forsigtigt ind i trakeostomiet. ⓫
Ved at trykke håndtagene sammen, åbnes LARYVOX® Tracheospreizer, og trakeostomiet udvides. ⓫

VI. BRUKSTID

Byt omedelbart ut LARYVOX® Tracheospreizer som visar minsta tecken på skada – även en mycket liten spricka.
LARYVOX® Tracheospreizer som inte används ska förvaras på en torr plats skyddad från damm, solljus och värme.

VII. RENGÖRING OCH DESINFICERING

1. Rengöring

Rengör LARYVOX® Tracheospreizer med lummet vatten och en mild flytande tvål. Skölj därefter noggrant med rent kranvatten och torka med en ren, luddfri duk.
Vid kraftig nedsmutsning och kvarvarande orenheter kan LARYVOX® Tracheospreizer behandlas i en special rengöringslösning (OPTIBRUSH® CLEAN kanylrengöringsvätska). Skölj därefter noggrant med rent kranvatten och torka av med en ren, luddfri duk.
Kontrollera att det inte längre finns något rengöringsmedel kvar på LARYVOX® Tracheospreizer efter rengöringen.
Det är även möjligt att rengöra produkten med termisk desinficering. Låt LARYVOX® Tracheospreizer ligga i kokande vatten (100 °C/212 °F) i 5 till 10 minuter.
Skölj LARYVOX® Tracheospreizer flera gånger med rent vatten.

2. Desinficering

Kold desinfektion er mulig med specielle kemiske desinfektionsmidler.
En grundig rengøring bør altid gå først for en ev. nedvendig desinfektion.
Til dette formål skal produkterne OPTICIT® desinfektionsmiddel for kanyler i overensstemmelse med producentens vejledning.
Som alternativ anbefaler vi et desinfektionsmiddel på basis af det virksomme stof glutaraldehyd. I denne forbindelse skal producentens retningslinier fra producenten vedrørende område og virkningsspektrum altid overholdes.
Overhold desinfektionsmidlets brugsanvisning.
Skyl LARYVOX® Tracheospreizer flere gange med klart vand efter desinficering.
Efter vådrengøringen skal der tørres med en ren og fnugfri klud.

VIII. JURIDISKE HENVISNINGER

Producenten Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af egenmægtige ændringer på produktet eller ukorrekt brug, pleje (rengøring/desinficering) og/eller opbevaring af produkterne, samt skyldes tilsidesættelse af disse brugsanvisning.
Dette gælder såvel for de deviser i sidfremt lovmæssige tilfælde – forårsagede skader på produkterne som for samtlige deraf følgeskader forårsagede. Producenten forbeholder sig ret til, at enhver tid at foretage produktændringer.
Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med dette produkt fra Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb, skal dette meldes til producenten og til den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren/patienten opholder sig.
Producenten forbeholder sig ret til, til enhver tid at foretage produktændringer.
LARYVOX® er et registreret varemærke i Tyskland og EU-medlemslandene tilhørende Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

NO | I. FORORD

Denne bruksanvisningen gjelder for LARYV

HU

I. ELŐSZÓ

Ez az útmutató a LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) és a LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501) eszközre vonatkozik.

A használati utasítás információt szolgáltat az orvos, az ápoló, személyzet és a szülők számára a készülék használatára, a javasolt használat biztosítása érdekében.

Fontos, gondosan olvassa végig a használati útmutatót a termék első alkalmazása előtt!

II. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A LARYVOX® Tracheospreizer lehetővé teszi a tracheostoma szétfeszítését.

A PED kiegészítés a gyermekgyógyászati alkalmazási területet azonosítja.

III. FIGYELMEZTETÉSEK

A termék egyetlen páciensen használható termék, és nem ajánlott újrafelhasználása. Az újrafelhasználás fertőzési veszélyt okozhat, akár több alkalommal is.

Az alkalmazás a tracheostoma tágítására. Ne lélegeztesse a betegeket ezen alkalmazás vonatkozásában.

Az alkalmazás során ügyeljen arra, hogy ne törjön.

A LARYVOX® Tracheospreizer eszközt nem szabad túl mélyre a Tracheostomába bevezetni.

Tisztítószer-és fertőtlenítőszer-maradványok nyálkahártyával érintkezése a más egészségi állapotokban veszélyes.

IV. TERMÉKLEÍRÁS

A LARYVOX® Tracheospreizer három kitejeszthető szárnya lehetővé teszi a tracheostoma egyenletes szétfeszítését a karcsúsított alak.

V. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vegye ki a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt a csomagolásából, és az első használat előtt tisztítsa meg a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt az utasításnak megfelelően (lásd a fertőtlenítés részt).

Vizsgálja meg a csomagolást és a terméket, hogy kifogástalan állapotban vannak-e.

A tracheostoma felnyitásához vezesse be a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt zárt állapotban a tracheostomába.

A fogó összenyomásakor a LARYVOX® Tracheospreizer szárai kinyílnak, és megfelelnek a tracheostoma szélének.

VI. FELHASZNÁLHATÓSÁG IDEJE

A fogó a cserélhető adapterrel együtt max. 30 alkalommal használható az azonnali ki kell cserélni.

Ezután a LARYVOX® Tracheospreizer eszközként, amelyek alkalmas nincsenek használatában, száraz környezetben, védett napsugárzástól, tárolja védve kell tárolni.

VII. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

1. Tisztítás

A LARYVOX® Tracheospreizer eszközt langyos vízzel és kímélő folyékony szappannal kell megtisztítani. Ezután tiszta csapvízzel jól ki kell öblíteni.

Ezután, tartós szennyezés esetén a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt kezelhető speciális tisztítóoldattal (OPTIBRUSH® CLEAN) ajánlatos tisztítani. Ezután tiszta csapvízzel jól ki kell öblíteni, és tiszta, szőszmentes ruhával meg kell szárítani.

Gyűjtőtálon meg arról, hogy tisztítás után nincsenek a LARYVOX® Tracheospreizer eszközön szennyeződés maradványok.

Alternatív módon lehetséges a tisztítás mikrohullámú fertőtlenítő is. Ehhez helyezze a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt legalább 5 percre, de legfeljebb csak 10 percre forrásban lévő vízbe (100 °C/ 212 °F).

Ötölbe a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt többször tiszta vízzel.

2. Fertőtlenítés

A tartós fertőtlenítés hideg fertőtlenítés speciális kémiai fertőtlenítőszerrel.

Egy esetleges fertőtlenítést mindig meg kell előzzön alapos tisztítás.

Ehhez az OPTICIT® kanül-fertőtlenítőszert kell használni, a gyártó utasításai szerint.

Alternatívaként glutáraldehid hatóanyagú fertőtlenítőszereket alkalmazhat. Minden esetben figyelembe kell venni a gyártó az alkalmazási területére és a fertőtlenítőszer koncentrációjára.

Végül, ellenőrizze a fertőtlenítőszer lejárati idejét.

Fertőtlenítés után öblítse le a LARYVOX® Tracheospreizer eszközt többször tiszta vízzel.

Ezután szárítsa meg a fogót egy kendő szárításra tiszta és ellenőrizze kendővel.

VIII. AZ ÁRU ÚTMUTATÓK

A gyártó, az Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH saját maga vállal szavatosságot a termék kizárólag a jelen használati útmutató szerinti használatára.

Ez érvényes-ha törvény szerint megengedett-az ezáltal magán a termékben okozott károkra, valamint az okozott következményes károkra is. A gyártó fenntartja a mindenkori termékváltoztatás jogát.

Ha az Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ezen termékével kapcsolatosan súlyos esemény lép fel, akkor ezt jelentenі kell a gyártónak és azon a tagállam illetékes hivatalának, amelyben az alkalmazó és/vagy a beteg állandó telephelye található.

A gyártó fenntartja a mindenkori termékváltoztatás jogát.

A LARYVOX® az Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln. Németországban és az EU-tagállamokban bejegyzett védjegye.

PL

I. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) i LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).

Instrukcja ułatwia jest przeczytanie jej lekarzy, personelu i rodzicom informacji dotyczących użytkowania w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania.

Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi!

II. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

LARYVOX® Tracheospreizer umożliwia rozchylenie otworu tchawicowego.

Dodatek PED oznacza wyroby do zastosowań w dziedzinie pediatrii.

III. OSTRZEŻENIA

Produkt jest przeznaczony do stosowania u jednego pacjenta i nie zaleca się ponownego użycia. Ponowne użycie może prowadzić do zakażeń, nawet wielokrotnie.

Produkt jest przeznaczony użytkownika przez personel techniczny odnośnie bezpiecznego obchodzenia się i stosowania produktu.

Zastosowanie musi zawsze odbywać się przez lustrem.

Nie wprowadzać LARYVOX® Tracheospreizer za głęboko do otworu tchawicowego.

Pozostałości środków czyszczących i dezynfekcyjnych mogą prowadzić do podrażnień błony śluzowej lub innego zaburzenia zdrowia pacjenta.

IV. OPIS PRODUKTU

Trzy rozsuwane ramiona LARYVOX® Tracheospreizer umożliwiają równomierne rozwarcie otworu tracheostomijnego podczas wymiany.

V. INSTRUKCJA

Wyjąć LARYVOX® Tracheospreizer z opakowania, oczyścić w przypadku LARYVOX® Tracheospreizer przed pierwszym użyciem zgodnie z instrukcją (patrz rozdział dezynfekcja).

Sprawdzić, czy opakowanie i produkt są w nienagannym stanie.

W celu rozwarcia otworu tracheostomijnego należy lekko wprowadzić LARYVOX® Tracheospreizer do otworu tracheostomijnego w stanie zamkniętym.

Po ściśnięciu uchwytu LARYVOX® Tracheospreizer rozwiera się i następuje rozchylenie otworu tracheostomijnego.

VI. OKRES UŻYTKOWANIA

Produkt LARYVOX® Tracheospreizer, który wykazuje choćby nieznaczne uszkodzenia, musi być natychmiast wymieniony.

Maksymalny okres użytkowania, który nie może zostać przekroczony, wynosi 30 użyć.

Po tym okresie LARYVOX® Tracheospreizer należy wyjąć z użytku.

VII. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

1. Czyszczenie

LARYVOX® Tracheospreizer wyczyścić letnią wodą z łagodnym mydłem w płynie. Następnie dokładnie wypłukać czystą wodą z wodociągu. Następnie, w przypadku większych, uporczywych zabrudzeń LARYVOX® Tracheospreizer można wyczyścić specjalnym środkiem czyszczącym (proszek do czyszczenia nurek OPTIBRUSH® CLEAN). Następnie dokładnie wypłukać czystą wodą z wodociągu, wody i wysuszyć czystą, niestrzępiącą się ściereczką.

Na tacy na odpady sprawdzić, że po czyszczeniu na LARYVOX® Tracheospreizer nie znajdują się już żadne pozostałości środków czyszczących.

Alternatywnie możliwe jest również czyszczenie poprzez termodezynfekcję w mikrofalówce. Należy przy tym zawsze przestrzegać co najmniej 5 minut, maksymalnie jednak 10 minut, do wrzącej wody (100 °C/ 212 °F).

LARYVOX® Tracheospreizer należy wielokrotnie wypłukać czystą wodą.

2. Dezynfekcja

Możliwa jest dezynfekcja na zimno przy użyciu specjalnych środków do dezynfekcji chemicznej.

Ewentualne konieczna dezynfekcja powinna być zawsze poprzedzona dokładnym czyszczeniem.

W tym celu należy używać środka dezynfekcyjnego do rurek OPTICIT® zgodnie z instrukcją producenta.

Alternatywnie zalecamy środek dezynfekcyjny na bazie glutaraldehydu (aldehydu). Należy przy tym zawsze przestrzegać informacji producenta dotyczących obszaru zastosowania i koncentracji.

Należy przestrzegać instrukcji użycia środka do dezynfekcji.

Codziennie instrukcję użycia LARYVOX® Tracheospreizer czyszczą wodą.

Po czyszczeniu należy dobrze wysuszyć czystą i niestrzępiącą się ściereczką.

VIII. OGRANICZENIE GWARANCJI

Wytwórca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za szkody i wynikające z samowolnych zmian produktu, z naprawy nieprzeprowadzonych przez producenta lub z nieprawidłowego użycia. Będzie to (czyszczenia/dezynfekcji) lub przechowywania produktów z przekroczeniem 2 podstawowych zastosowań.

Dotyczy to – o ile jest to dopuszczalne prawnie zakresie – również szkody następcze. Producent zastrzega sobie prawo do zmian produktu.

Jeśli w związku z tym produktem firmy Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH dojdzie do poważnego incydentu, należy o tym poinformować producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę użytkownik i/ub pacjent.

Możliwość dokonywania w każdej chwili zmian produktu przez wytwórcę pozostaje zastrzeżona.

LARYVOX® jest zarejestrowanym w Niemczech i krajach członkowskich Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Kolonia.

RU

I. ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное руководство относится к LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) и LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).

Инструкция по применению предназначена для врачей, персонала и родителей с целью предоставления информации, которая необходима для правильного использования.

Перед применением продукта необходимо внимательно ознакомиться с указаниями по применению!

II. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

LARYVOX® Tracheospreizer позволяет растягивать трахеостому.

Индекс PED указывает на изделия для педиатрического применения.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Изделие предназначено исключительно для использования - в том числе многократного - у одного пациента.

Пользователь должен получить от медицинского персонала инструктаж по безопасному обращению.

Применение должно следует находиться перед зеркалом.

Не вводить LARYVOX® Tracheospreizer слишком глубоко в трахеостому.

Остатки чистящих и дезинфицирующих средств могут привести к раздражениям слизистой и другому вреду для здоровья пациента.

IV. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Три раздвижных ножки LARYVOX® Tracheospreizer обеспечивают равномерное раскрытие трахеостомы во время замены канюли.

V. ИНСТРУКЦИЯ

Выньте LARYVOX® Tracheospreizer из упаковки, очистите и проверьте LARYVOX® Tracheospreizer перед первым применением в соответствии с инструкцией (см. раздел стерилизация).

Проверьте упаковку и изделие на предмет безупречного состояния.

Для расширения трахеостомы немного введите LARYVOX® Tracheospreizer в закрытом состоянии.

При сжимании рукоятки LARYVOX® Tracheospreizer раскрывается и трахеостома расширяется.

VI. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие LARYVOX® Tracheospreizer, который имеет даже незначительные повреждения, должен быть немедленно заменен.

Максимальный срок службы, который не может быть превышен, составляет 30 применений.

По истечении срока службы LARYVOX® Tracheospreizer следует хранить в сухом месте и оберегать от пыли, солнечного излучения и механических повреждений.

VII. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Очистка

Для очистки LARYVOX® Tracheospreizer использовать чуть тёплую воду и жидкое мыло или щадящее ph нейтральное средство. Затем тщательно промыть проточной водой из водопровода. Для сильных загрязнений LARYVOX® Tracheospreizer можно очистить специальным очистителем (OPTIBRUSH® CLEAN). Затем тщательно промыть проточной водой из водопровода и высушить чистой, неворсистой салфеткой.

Проверьте на лотке для отходов, что после очистки на LARYVOX® Tracheospreizer не осталось остатков чистящего средства.

В качестве альтернативы возможна очистка путём термодезинфекции в микроволновой печи. Для этого изделие нужно не менее чем на 5 минут, но не более чем на 10 минут, кипятить в воде (100 °C/ 212 °F).

Несколько раз промойте LARYVOX® Tracheospreizer чистой водой.

2. Дезинфекция

Допускается холодная дезинфекция специальными средствами для химической дезинфекции.

Перед дезинфекцией следует обязательно выполнить тщательную очистку изделия.

Для этого следует использовать дезинфицирующее средство для канюль OPTICIT® согласно инструкции производителя.

Также мы рекомендуем дезинфицирующее средство на основе глутарового альдегида. При этом обязательно соблюдать указания производителя по области применения и степени действия.

Соблюдайте инструкцию по применению дезинфицирующего средства.

Ежедневно LARYVOX® Tracheospreizer очищают водой.

После очистки тщательно просушите чистой неворсящейся салфеткой.

VIII. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изготовитель, компания Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, не берет на себя ответственность за повреждения, ущерб, возникшие в результате внесения самовольных изменений в изделие, ремонта, произведенного не производителем, или неправильного использования. Это относится к (очистке/дезинфекции) и/или хранению изделий без соблюдения 2 основных областей применения.

Это, если допустимо, распространяется также на косвенные ущербы, нанесенного самому изделию, и на косвенные ущербы, возникшие в результате данных действий. Изготовитель оставляет за собой право на изменения продукции.

В случае возникновения серьёзного происшествия в связи с данным изделием Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH о нём следует сообщить производителю и в ответственную инстанцию страны-члена, в которой проживает пользователь и/или пациент.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения продукции.

LARYVOX® является зарегистрированной в Германии и других странах-членах ЕС товарной маркой компании Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, г. Кёльн.

SK

I. ÚVOD

Tento návod platí pre rozvierač trachey LARYVOX® Tracheospreizer (kat. č. 35500) a rozvierač trachey LARYVOX® Tracheospreizer PED (kat. č. 35501).

Návod k použitiu slúži jako informácie lekárom, zdravotnému personálu a rodičom s cieľom zabezpečiť správne používanie.

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte pokyny na jeho používanie!

II. URČENIE POUŽITÍ

Rozvierač trachey LARYVOX® Tracheospreizer umožňuje rozšírenie tracheostómie.

Dodatek PED označuje výrobky určené pro pediatrickú použití.

III. VAROVANIE

Jedná se o výrobek pro jednoho pacienta, a je tudíž určen pro použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta a nedoporučuje se jeho opětovné použití. Opětovné použití může vést k infekcím, a to i opakovaným.

Uživatel musí být v používání a bezpečném zacházení výrobkem odborným personálem.

Aplikace by měla být prováděna vždy před zrcadlem.

Rozvierač trachey LARYVOX® Tracheospreizer nezavádějte do tracheostomatu příliš hluboko.

Zbytky čisticích a dezinfekčních prostředků by mohly vést k podráždění sliznice nebo jinému poškození zdraví.

IV. POPIS VÝROBKU

Tři rozložitelná křídla rozvěrače trachey LARYVOX® Tracheospreizer umožňují rovnoměrné otevření průduchové stěny během výměny kanyly.

V. NÁVOD

Vyjměte LARYVOX® Tracheospreizer z obalu, před prvním použitím ho vyčistěte a vysušte podle návodu k čištění a sterilizaci.

Zkontrolujte, zda je obal v pořádku a nepoškozený.

Pro rozšíření tracheostomie zavádějte LARYVOX® Tracheospreizer opatrně do tracheostomie v uzavřeném stavu.

Stisknutím rukojeti se rozvěrač LARYVOX® Tracheospreizer otevře a rozšíří tracheostomu.

VI. DOBA POUŽITÍ/ÚSTÍ

I v případě malého poškození LARYVOX® Tracheospreizer je nutné ho ihned vyměnit.

Pomůcky LARYVOX® Tracheospreizer, které se právě nepoužívají, se musí uskladnit v suchém prostředí a chránit před slunečním zářením a mechanickým poškozením, přímým slunečním svitem a teplem.

VII. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

1. Čištění

LARYVOX® Tracheospreizer vyčistěte vlažnou vodou s trochou jemného mýdla v tekuté podobě nebo speciálního pro tekkovou vodu a osušte čistým netřepýrným hadříkem.

V případě silného znečištění použijte k čištění LARYVOX® Tracheospreizer speciálním čisticím roztokem (čistící prášek na kanyly OPTIBRUSH® CLEAN). Následně důkladně opláchněte pod tekkovou vodou a osušte čistým netřepýrným hadříkem.

Ujistěte se, že na pomůckách LARYVOX® Tracheospreizer po čištění nezůstávají žádné zbytky čisticích prostředků.

Jinak je také možné čištění tepelnou dezinfekcí. Vložte pomůcku LARYVOX® Tracheospreizer na minimálně 5 minut, nejvýše však na 10 minut do vařící vody (100 °C/212 °F).

LARYVOX® Tracheospreizer opláchněte několikrát čistou vodou.

2. Dezinfekce

Je možná tzv. studená dezinfekce se speciálními chemickými dezinfekčními přípravky.

Případné dezinfekci však vždy musí předcházet důkladné čištění.

K tomu by měl být použitím dezinfekční prostředek na kanyly OPTICIT® podle návodu výrobce.

Jako alternativu lze použít dezinfekční prostředek na bázi účinné látky glutaraldehydu. Vždy je třeba postupovat podle pokynů výrobce k použití a řídit se směrnicemi účinnosti.

Dodržujte návod k použití dezinfekčního prostředku.

Každý den čistěte pomůcku LARYVOX® Tracheospreizer vodou.

Po čištění pečlivě otřete čistým netřepýrným hadříkem do sucha.

VIII. PRÁVNÍ DOLOŽKA

Výrobce Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepřebírá žádnou záruku za škody , které by způsobeny svévolnou změnou výrobku, opravou neprovedenou výrobcem (dezinfekce) nebo zacházením s výrobkem, které nejsou v souladu s těmito návodem k použití.

To platí i rozsahu povolením zákonem jak pro tímto poškozené výrobky, tak pro veškeré tímto jednáním způsobené následné škody. Změny výrobku ze strany výrobce jsou kdykoli vyhrazeny.

Dojde-li v souvislosti s tímto výrobkem společnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH k závažné nežádoucí příhodě, musí být příhoda nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel sídlo, resp. pacient bydliště.

Změny výrobku ze strany výrobce jsou kdykoli vyhrazeny.

LARYVOX® je v Německu a ve státech Evropské unie registrovaná značka společnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Kolín.

SL

I. UVOD

Ta navodila veljajo za trahealni dilatator LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) in trahealni dilatator LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).

Navodila za uporabo vsebujejo informacije za zdravnike, negovalno osebje in starše, ki omogočajo pravilno uporabo izdelka.

Pred prvo uporabo pripomočka pozorno preberite navodila za uporabo!

II. PRAVILNA UPORABA

LARYVOX® Tracheospreizer razširitev trahealne stene.

Dodatek PED označuje izdelke za pediatrično uporabo.

III. OPOZORILA

Izdelek je predvidjen za uporabo izključno pri enem bolniku, in sicer tudi za večkratno uporabo.

Uporabnika mora strokovno osebje poučiti o varnem rokovanju z izdelkom.

Pripomoček je treba vedno uporabiti pred ogledalom.

Ne vstavljajte LARYVOX® Tracheospreizer v stomo predaleč proti pljučnemu krilu.

Ostanki čistilnih in dezinfekcijskih sredstev lahko povzročijo draženje sluznice ali drugo poslabšanje zdravstvenega stanja.

IV. OPIS PRIPOMOČKA

Tri razširljive krake pripomočka za razširitev trahealne stene LARYVOX® Tracheospreizer omogočajo enakomerno odpiranje luknje med menjavo kanile.

V. NAVODILA

Pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer vzemite iz embalaže in ga pred prvo uporabo očistite (Čiščenje in sterilizacija).

Preverite da ni embalaža in pripomoček v brezhibnem stanju.

Za odprtje trahealne stene vstavite pripomoček za razširitev LARYVOX® Tracheospreizer v zaprtem stanju v stomo.

Stisnite ročaja, da se pripomoček za razširitev trahealne stene LARYVOX® Tracheospreizer razpre in razširi trahealno steno.

VI. TRAJANJE UPORABE

Pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer, ki kaže tudi najmanjše poškodbe, je treba takoj zamenjati.

Pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer, ki se trenutno ne uporablja, je treba shraniti v suhem mestu in zaščiti pred prahom, sončnim sevanjem in mehanskimi poškodbami.

VII. ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA

1. Čiščenje

Pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer operite mlakom vodom z blagim tekočim milom. Nato dobro sperite s čisto vodovodno vodo in osušite s čistim nepršečim robčkom.

Če je pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer močno in trdovratno umazan, ga lahko uporabite posebno čistilno raztopino (za prah za nanje (za čiščenje OPTIBRUSH® CLEAN). Nato dobro sperite s čisto vodovodno vodo in osušite s čisto krpo brez kosmov.

Prepričajte se, da po čiščenju na pripomočku LARYVOX® Tracheospreizer ni ostankov čistilnih sredstev.

Alternativno je možno tudi čiščenje s termično dezinfekcijo. Pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer za najmanj 5 minut, vendar največ 10 minut v vrelo vodo (100 °C/212 °F).

Večkrat sperite pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer s čisto vodo.

2. Dezinfekcija

Možna je hladna dezinfekcija s posebnimi kemičnimi dezinfekcijskimi sredstvi.

Možna potrebna dezinfekcija ima predhodi pred temeljitim čiščenjem.

Za to primerno uporabljajte dezinfekcijsko sredstvo za kanile OPTICIT® skladu z navodili proizvajalca.

Drugo možnost je alkoholno dezinfekcijsko na osnovi glutaraldehida. Pri tem morate vedno upoštevati proizvajalčeve zahteve glede področja uporabe in koncentracije.

Upoštevajte navodila za uporabo dezinfekcijskega sredstva.

Pripomoček LARYVOX® Tracheospreizer vsak dan očistite vodo.

Po čiščenju pripomoček dobro osušite s čisto krpo brez kosmov.

VIII. PRAVNI POGATKI

Proizvajalec Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ne prevzema odgovornosti za škode, ki so posledica samovoljnih sprememjanja pripomočka, popravki, ki jih ni izvedel proizvajalec, ali zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom. To velja za ravnanje (čiščenje/dezinfekcija) in/ali shranjevanja izdelka, ki niso skladni z njemu namenjeno uporabo.

To velja tudi, kolikor zakon to dovoljuje, za posledične izdelkov nastale škode in posledične škode, nastale iz teh vzrokov. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb izdelka.

Če v povezavi s tem izdelkom družbe Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH pride do hujšega dogodka, je treba o njem poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, kjer uporabnik in/ali pacient stanuje.

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe proizvoda.

LARYVOX® je v Nemčiji in drugih državah članicah EU registrirana blagovna znamka podjetja Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

SR

I. PREDGOVOR

Ovo uputstvo važi za LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) i LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).

Ovo uputstvo za upotrebu je namenjeno lekarima, medicinskom osoblju i roditeljima, kako bi se osiguralo pravilno korišćenje proizvoda.

Pre prve primene proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!

II. NAMENA PROIZVODA

LARYVOX® Tracheospreizer omogućava širenje traheostome.

Dodatak PED ukazuje na to pripadnost proizvod za primenu u pedijatriji.

III. UPOZORENJA

Proizvod je namenjen isključivo za jednu osobu i upotrebu jednog pacijenta - jednokratnu i višekratnu - te se ne može ponovo koristiti kod više pacijenata.

Korisnik mora od strane stručnog osoblja biti obučen o bezbednom postupanju i upotrebi proizvoda.

Postupak se uvek treba izvoditi ispred ogledala.

LARYVOX® Tracheospreizer ne smete previše duboko uvoditi u traheostomu.

Ostaci sredstava za pranje i dezinfekciju mogu da dovedu do iritacije sluzokože ili do drugih zdravstvenih poteškoća.

IV. OPIS PROIZVODA

Tri proširiva kraka LARYVOX® Tracheospreizer omogućavaju ravnomerno otvaranje traheostome tokom zamene kanile.

V. UPUTSTVO

Izvadite LARYVOX® Tracheospreizer iz ambalaže, pa LARYVOX® Tracheospreizer očistite i osušite prije prve upotrebe prema uputstvu (pogledajte odeljak sterilizacija).

Proverite da li su ambalaža i proizvod u potpuno ispravnom stanju.

Radi otvaranja traheostome polako umetnite LARYVOX® Tracheospreizer u stomu u zatvorenom stanju.

Stiskanjem drške otvorite LARYVOX® Tracheospreizer i proširite traheostomu.

VI. ROK UPOTREBE

LARYVOX® Tracheospreizer, na kome postoje i sasvim malo oštećenja, moraju odmah zamijeniti novim.

Proizvode LARYVOX® Tracheospreizer, koje se trenutno ne koriste, čuvajte na suhom mjestu, zaštićene od prašine, sunčevih zraka i mehaničkih oštećenja.

VII. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

1. Čišćenje

LARYVOX® Tracheospreizer operite mlakom vodom i blagim tekućim sapunom. Potom operite bistrom vodom iz vodovoda i dobro isperite bistrom vodom iz vodovoda i osušite.

U slučaju većih, trdokornih naslaga prljavštine, LARYVOX® Tracheospreizer može se očistiti posebnim čistilnim sredstvom za pranje (OPTIBRUSH® CLEAN prašak za pranje kanila). Potom isperite bistrom vodom iz vodovoda i osušite čistom ručnom koja ne ostavlja vlakna.

Provjerite na otpadnoj činiteljima da na proizvodu LARYVOX® Tracheospreizer nema ostataka sredstva za čišćenje.

Alternativno, možete primeniti i čišćenje termičkom dezinfekcijom. Pri tome uvijek treba poštovati najmanje 5 minuta, a najviše 10 minuta držite u ključalu vodu (100 °C).

LARYVOX® Tracheospreizer nekoliko puta isperite bistrom vodom.

2. Dezinfekcija

Moguće je i provođenje postupka hladne dezinfekcije specijalnim kemijskim sredstvima za dezinfekciju.

Prije svakog eventualno potrebne, dezinfekcije uvijek prvo provedite temeljito čišćenje.

Pobrinite se da LARYVOX® Tracheospreizer svaki dan operete vodom.

Nakon pranja proizvod dobro osušite čistom tkaninom koja ne ostavlja vlakna.

VIII. PRAVNE NAPOMENE

Proizvođač Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ne preuzima odgovornost za štete prouzročene neovlašćenim promenama na proizvodu, popravkama koje nije izvršio sam proizvođač ili nestručnom rukovanjem, ako nisu usklađeni sa njegovom namenom. Ovo se odnosi na (čišćenje/dezinfekciju) ili skladištenjem proizvoda, u suprotnosti sa njegovom namenom dva upotreba za upotrebu.

To važi, u meri definisanoj zakonom, kako za na taj način prouzročene štete na samom proizvodu tako i za sve time izazvane posledice štete. Proizvođač zadržava pravo na izmenjivanje izmene proizvoda.

Ako u vezi s ovim proizvodom proizvođača Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nastupi ozbiljan štetni događaj, o tome mora prijaviti proizvođaču i nadležnom telu država članica u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

Proizvođač zadržava pravo na izmenjivanje izmene proizvoda.

LARYVOX® je u SR Njemačkoj i drugim državama, članicama EU, zaštićena robna marka firme Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, iz Kelna.

HR

I. PREDGOVOR

Ove upute vrijede za LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) i LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).

Navodila za uporabo vsebujejo informacije za zdravnike, negovalno osebje in starše, ki omogočajo pravilno uporabo izdelka.

Prije prve primjene ovog proizvoda pozorno pročitajte ove upute za uporabu!

II. PROPISANA PRIMJENA

LARYVOX® Tracheospreizer rastezanje na traheostomu.

Dodatak PED ukazuje na proizvod za primjenu u pedijatriji.

III. UPOZORENJA

Proizvod je namijenjen isključivo za uporabu jednog pacijenta - jednokratnu i višekratnu - pa se ne preporučuje ponovna uporaba. Ponovna uporaba može dovesti do infekcija, čak i višekratnih.

Korisnik mora biti obučen od strane stručnog osoblja o sigurnom rukovanju i primjeni proizvoda.

Primjena se mora uvijek provoditi ispred zrcala.

Nemojte LARYVOX® Tracheospreizer previše duboko uvoditi u traheostomu.

Ostaci sredstava za čišćenje i dezinfekciju mogu uzrokovati iritaciju sluznice ili druge poremećaje zdravlja.

IV. OPIS PROIZVODA

LARYVOX® Tracheospreizer ima tri kraka koja osiguravaju ravnomjerno otvaranje traheostomske stome tijekom zamjene kanile.

V. UPUTE

Izvadite LARYVOX® Tracheospreizer iz ambalaže, očistite i osušite prije prve upotrebe prema uputama (pogledajte odjeljak sterilizacija).

Provjerite da su ambalaža i proizvod u potpuno ispravnom stanju.

Kako biste ju otvorili, u traheostomu lagano uvedite LARYVOX® Tracheospreizer u zatvorenom stanju.

Stiskanjem ručki otvorite LARYVOX® Tracheospreizer i proširite traheostomu.

VI. ROK UPORABE

Proizvode LARYVOX® Tracheospreizer koji imaju i najmanja oštećenja odmah zamijenite novim.

Proizvode LARYVOX® Tracheospreizer, koje trenutno ne koristite, čuvajte na suhom mjestu, zaštićene od prašine, sunčevih zraka i mehaničkih oštećenja.

VII. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

1. Čišćenje

LARYVOX® Tracheospreizer operite mlakom vodom i blagim tekućim sapunom. Potom isperite bistrom vodom iz vodovoda i dobro isperite bistrom vodom iz vodovoda i osušite.

U slučaju većih, trdokornih naslaga nečistoće, LARYVOX® Tracheospreizer može se očistiti posebnim sredstvom za čišćenje (OPTIBRUSH® CLEAN prašak za pranje kanila). Potom isperite bistrom vodom iz vodovoda i osušite čistom tkaninom koja ne ostavlja vlakna.

Provjerite na otpadnoj činiteljima da na proizvodu LARYVOX® Tracheospreizer nema ostataka sredstva za čišćenje.

Alternativno, možete primijeniti i čišćenje termičkom dezinfekcijom. Pri tome uvijek treba poštovati najmanje 5 minuta, a najviše 10 minuta držite u kipućoj vodi (100 °C).

LARYVOX® Tracheospreizer nekoliko puta isperite bistrom vodom.

2. Dezinfekcija

Moguće je i provođenje postupka hladne dezinfekcije specijalnim kemijskim sredstvima za dezinfekciju.

Prije svakog eventualno potrebne, dezinfekcije uvijek prvo provedite temeljito čišćenje.

Pobrinite se da LARYVOX® Tracheospreizer svaki dan operete vodom.

Nakon pranja proizvod dobro osušite čistom tkaninom koja ne ostavlja vlakna.

VIII. PRAVNE NAPOMENE

Proizvođač Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ne preuzima odgovornost za štete prouzročene neovlaštenim promjenama na proizvodu, popravcima koje nije izvršio sam proizvođač ili nestručnom rukovanjem, ako nisu usklađeni sa njegovom namjenom. To se odnosi na (čišćenje/dezinfekciju) ili skladištenjem proizvoda, u suprotnosti sa njegovom namjenom dva upotreba za upotrebu.

To vrijedi, u meri definisanoj zakonom, kako za na taj način prouzročene štete na samom proizvodu tako i za sve time izazvane posledice štete. Proizvođač zadržava pravo na izmenjivanje izmene proizvoda.

Ako u vezi s ovim proizvodom proizvođača Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nastupi ozbiljan štetni događaj, o tome mora prijaviti proizvođaču i nadležnom telu država članica u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

Proizvođač zadržava pravo na izmjenu proizvoda.

LARYVOX® je registrirana robna marka tvrtke Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

CS

I. ÚVOD

Tento návod platí pro LARYVOX® Tracheospreizer (REF 35500) a LARYVOX® Tracheospreizer PED (REF 35501).

Návod k použití slouží jako informace lékařům, zdravotnímu personálu a rodičům s cílem zajistit správné používání.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte tento návod k použití!

II. URČENÉ POUŽITÍ

Rozvěrač trachey LARYVOX® Tracheospreizer umožňuje rozšíření tracheostomie.

Dodatek PED označuje výrobky určené pro pediatrickú použití.

III. VAROVÁNÍ

Jedná se o výrobek pro jednoho pacienta, a je tudíž určen pro použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta a nedoporučuje se jeho opětovné použití. Opětovné použití může vést k infekcím, a to i opakovaným.

Uživatel musí být v používání a bezpečném zacházení výrobkem odborným personálem.

Aplikace by měla být prováděna vždy před zrcadlem.

Rozvěrač trachey LARYVOX® Tracheospreizer nezavádějte do tracheostomatu příliš hluboko.

Zbytky čisticích a dezinfekčních prostředků by mohly vést k podráždění sliznice nebo jinému poškození zdraví.

IV. POPIS VÝROBKU

Tři rozložitelná křídla rozvěrače trachey LARYVOX® Tracheospreizer umožňují rovnoměrné otevření průduchové stěny během výměny kanyly.

V. NÁVOD

Vyjměte LARYVOX® Tracheospreizer z obalu, před prvním použitím ho vyčistěte a vysušte podle návodu k čištění a sterilizaci.

Zkontrolujte, zda je obal v pořádku a nepoškozený.

Pro rozšíření tracheostomie zavádějte LARYVOX® Tracheospreizer opatrně do tracheostomie v uzavřeném stavu.

Stisknutím rukojeti se rozvěrač LARYVOX® Tracheospreizer otevře a rozšíří tracheostomu.

VI. ŽIVOTNOST

Roz